USER INSTRUCTIONS
MOWBRAY LITE TOILET FRAME AND SEAT RANGE

M66613	Flat Pack - Adjustable Width	M66625	Standard - Fixed Width Assembled
M92740	510 - Fixed Width Assembled	N36974	Adjustable Width Assembled

⚠ General Safety Warning ⚠

Please make sure that you read and follow these instructions carefully. Failure to do so can result in injury. Keep these instructions in a safe place for future reference.

Maximum User Weight



INTENDED USE

The Mowbray Lite toilet frame and seat range is designed to assist those who have difficulty in lowering onto or rising from a standard toilet. The plastic moulded seat offers support in a natural position and the frame is height and width* adjustable.

(*Only available with M66613 – Mowbray Lite Flat Pack)



SAFETY

Read these instructions before installation and use.

This product must be correctly assembled, installed, and maintained.

Do not exceed the maximum User Weight.

UNPACKING

Check product carefully before installation/use. If you see, or suspect a fault, do not use, contact your supplier immediately.

Note: *M66625, M92740 & N36974 are delivered ready assembled.*

M66613 is supplied flat packed

Contents (M66613 only):

1. Toilet seat x 1
2. Frame Side LH x 1
3. Frame Side RH x 1
4. Frame Centre Bar x 2
5. Leg Assembly x 4
6. E-clips x 8

ASSEMBLY

1. **M66613 - Mowbray Lite Flat Pack:**

   Assemble the frame sides to the centre bars, set to the correct width, align the holes and secure with the four e-clips provided

2. **N36974 - Mowbray Lite Adjustable Width Assembled:**

   The frame comes ready assembled. To set to the width, remove e-clips and slide the frame side tubes in the frame centre bars until the desired width is achieved, align the holes and secure using the four e-clips provided.

3. **All Models**

   Remove the moulded seat from its protective bag and snap into place on the centre bars of the frame, ensure the seat is firmly in place and secure at both back and front.

4. Adjust to the required height by removing each ‘E’ clip in turn and slide each leg up or down to the required height. Align the holes in and replace ‘E’ clip. (See diagram overleaf)

5. Ensure that all leg extensions are set at the same height to prevent rocking.


6. Place the Mowbray over the toilet with the cutaway of the seat at the front and the integral splash guard placed centrally over the toilet bowl.
7. When not in use Mowbray's can be stacked with the seat in situ. It is recommended that no more than five frames are stacked together for long term storage.

Fitting Instructions - Floor Fixing Kit

If a permanent fix is required a Floor Fixing Kit is available as an accessory – see spares & accessories table.

1. Remove existing legs by removing the securing e-clips and sliding out of the frame.
2. Replace with the floor fixing legs
3. Adjust to the required height and secure with the e-clips.
4. Fix the legs to the floor with twelve screws (Not provided) using fixing methods appropriate to the floor's construction. - see diagram below

Note: *Height adjustment is not possible once the legs are secured to the floor*



CLEANING AND MAINTENANCE

1. The seat may be removed from the frame and autoclaved on cycles up to 70ºC.
2. The frame may be cleaned using a non-abrasive cream cleaner or detergent solution.
3. Check the ferrules on the free-standing versions monthly for signs of wear.
4. Check floor fixing screws weekly.
5. Check E clips every 2 months.
6. Maximum user weight is 190kg (30st).

ACCESSORIES & SPARE PARTS

F11572 - Floor Fixing Kit (Set of 4)

F17938 - Ferrule

M66820 - Seat

For more details please visit our website:

www.nrshealthcare.co.uk or call Customer Services.

PRODUCT DISPOSAL

This product should be thoroughly cleaned prior to disposal.

This product is manufactured from metal and plastic and can be disposed of through Local Authority Household Waste and Recycling Centres or through Local Trade Waste Collectors.

PRODUCT GUARANTEE

NRS Healthcare guarantee this product for a period of 12 months, from the date of purchase, against faulty materials and workmanship.

This guarantee does not cover; abuse, misuse, interference or tampering with any part of the product.

Any guarantee issued by NRS Healthcare does not affect your statutory rights.

NRS HEALTHCARE Sherwood House, Cartwright Way, Forest Business Park, Bardon Hill, Coalville, Leicestershire, LE67 1UB, UK.

Tel. Customer Services: 0345 121 8111

Email: customerservices@nrshealthcare.co.uk

NRS Healthcare is a Leading Supplier of Community Equipment and Daily Living Aids, to view our full range, visit our website:

www.nrshealthcare.co.uk

M66613-UI-7

BENUTZERANLEITUNG
REIHE AN TOILETTENSITZEN MIT GESTELL MOWBRAY LITE

M66613	Flat Pack – Breite einstellbar	M66625	Standard – feste Breite, montiert
M92740	510 – feste Breite, montiert	N36974	Breite einstellbar, montiert

⚠ Allgemeine Sicherheitswarnung ⚠

Stellen Sie sicher, dass Sie die Anweisungen sorgfältig lesen und befolgen. Andernfalls kann es zu Verletzungen führen. Heben Sie diese Anleitung für eine spätere Einsichtnahme an einem sicheren Ort auf.

Maximales Gewicht des Benutzers



BESTIMMUNGSGEMÄSSER GEBRAUCH

Die Reihe an Toilettensitzen mit Gestell Mowbray Lite bietet allen Menschen Unterstützung, die Schwierigkeiten beim Hinsetzen auf oder Aufstehen von einer Standard-Toilette haben. Der Kunststoff-Formsitz bietet festen Halt in einer natürlichen Position. Zudem ist das Gestell in Höhe und Breite* verstellbar.

(*Nur bei M66613 – Mowbray Lite Flat Pack)



SICHERHEIT

Lesen Sie diese Anleitung vor der Installation und Verwendung aufmerksam durch.

Dieses Produkt muss ordnungsgemäß montiert, installiert und gewartet werden.

Das maximale Benutzergewicht darf nicht überschritten werden.

AUSPACKEN

Überprüfen Sie das Produkt sorgfältig, bevor Sie es installieren/verwenden. Wenn Sie einen Fehler feststellen oder vermuten, verwenden Sie das Produkt nicht, und wenden Sie sich umgehend an Ihren Lieferanten.

Hinweis: *Die Versionen M66625, M92740 und N36974 werden im montierten Zustand geliefert.*

Die Version M66613 ist flach verpackt.

Lieferumfang (nur M66613):

1. Toilettensitz, 1 x
2. Gestell, links, 1 x
3. Gestell, rechts, 1 x
4. Gestell-Mittelstrebe, 2 x
5. Fuß-Baugruppe, 4 x
6. E-Clips, 8 x

MONTAGE

1. **M66613 - Mowbray Lite Flat Pack:**

   Verbinden Sie die Gestellseiten mit den Mittelstreben, stellen Sie die richtige Breite ein, richten Sie die Löcher aus, und befestigen Sie die Gestellseiten mit vier der mitgelieferten E-Clips.

2. **N36974 - Mowbray Lite – Breite einstellbar, montiert:**

   Das Gestell wird vollständig montiert geliefert. Um die Breite einzustellen, entfernen Sie die E-Clips, und schieben Sie die Rohre der Gestellseiten so weit in die Gestell-Mittelstreben, bis die gewünschte Breite erreicht ist. Richten Sie anschließend die Löcher aus, und sichern Sie sie mit vier der mitgelieferten E-Clips.

3. **Alle Modelle**

   Entnehmen Sie den Formsitz aus dem Schutzbeutel, und rasten Sie ihn an den Mittelstreben des Gestells ein. Vergewissern Sie sich, dass der Sitz fest sitzt und sowohl hinten als auch vorn gesichert ist.

4. Stellen Sie die gewünschte Höhe ein, indem Sie jeden E-Clip abwechselnd entfernen und jeden Fuß bis zur gewünschten Höhe nach oben oder unten schieben. Richten Sie die Löcher aus, und setzen Sie den E-Clip wieder ein. (Siehe Abbildung auf der Rückseite).
5. Stellen Sie sicher, dass alle Fußverlängerungen auf die gleiche Höhe eingestellt sind, um ein Kippeln zu vermeiden.
6. Platzieren Sie den Mowbray über der Toilette mit dem Ausschnitt des Sitzes nach vorn und dem integrierten Spritzschutz mittig über der Toilettenschüssel.


7. Bei Nichtgebrauch, können die Mowbray-Toilettensitze mit eingerastetem Sitz gestapelt werden. Es wird empfohlen, für die Langzeitlagerung nicht mehr als fünf Gestelle zu stapeln.

Montageanleitung — Bodenbefestigungskit

Für eine dauerhafte Befestigung ist ein Bodenbefestigungskit als Zubehör erhältlich – siehe Tabelle mit Ersatzteilen und Zubehör.

1. Nehmen Sie die vorhandenen Füße ab, indem Sie die Befestigungs-E-Clips entfernen und die Füße aus dem Gestell ziehen.
2. Führen Sie anstelle der Standardfüße die Füße aus dem Bodenbefestigungskit ein.
3. Stellen Sie die gewünschte Höhe ein, und befestigen Sie die Füße mit den E-Clips.
4. Befestigen Sie die Füße mit zwölf Schrauben (nicht mitgeliefert) am Boden. Wenden Sie dazu ein Befestigungsmethode entsprechend der Bodenkonstruktion an. (Siehe Abbildung unten).

Hinweis: *Eine Höhenverstellung ist nicht mehr möglich, nachdem die Füße am Boden befestigt wurden.*



REINIGUNG UND WARTUNG

1. Der Sitz kann vom Gestell abgenommen und bei bis zu 70 ºC im Autoklav behandelt werden.
2. Das Gestell kann mit einem nicht scheuernden Cremereiniger oder einer Reinigungslösung gereinigt werden.
3. Überprüfen Sie die Fußkappen bei den freistehenden Versionen monatlich auf Verschleißerscheinungen.
4. Prüfen Sie die Schrauben zur Bodenbefestigung wöchentlich.
5. Prüfen Sie die E-Clips alle 2 Monate.
6. Das maximale Benutzergewicht beträgt 190 kg.

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

F11572 – Bodenbefestigungskit (4 Teile)

F17938 – Fußkappe

M66820 – Sitz

Weitere Details entnehmen Sie bitte unserer Website:

www.nrshealthcare.co.uk oder rufen Sie unseren Kundendienst an.

ENTSORGUNG DES PRODUKTS

Dieses Produkt ist vor der Entsorgung sorgfältig zu reinigen.

Dieses Produkt ist aus Metall und Kunststoff gefertigt und über den kommunalen Hausmüll und Wertstoffhöfe oder örtliche Gewerbeabfallsammler entsorgt werden.

PRODUKTGARANTIE

NRS Healthcare garantiert die Freiheit von Fehlern in Material und Verarbeitung des Produkts für eine Zeit von 12 Monaten ab Verkaufsdatum.

Diese Garantie beinhaltet nicht Missbrauch, Zweckentfremdung, Beeinträchtigung oder unbefugtes Hantieren mit Teilen des Produkts.

Jede Garantie durch NRS Healthcare beeinträchtigt nicht Ihre gesetzlichen Ansprüche.

NRS HEALTHCARE Sherwood House, Cartwright Way, Forest Business Park, Bardon Hill, Coalville, Leicestershire, LE67 1UB, Vereinigtes Königreich.

Tel.: Kundendienst: 0345 121 8111

E-Mail: customerservices@nrshealthcare.co.uk

NRS Healthcare ist ein führender Lieferant von Gemeinschaftseinrichtungen und Hilfsmitteln für den Alltag. Besuchen Sie unsere Website für Informationen zu unserem gesamten Produktangebot:

www.nrshealthcare.co.uk

M66613-UI-7

INSTRUCCIONES DEL USUARIO ASIENTO Y MARCO DE INODORO MOWBRAY LITE

M66613	Paquete desmontado - Ancho ajustable	M66625	Estándar - Montado, anchura fija
M92740	510 - Montado, anchura fija	N36974	Montado, anchura ajustable

⚠ Advertencia de seguridad general ⚠

Asegúrese de leer y seguir estas instrucciones atentamente. En caso contrario, podría lesionarse. Mantenga estas instrucciones en un lugar seguro para futuras consultas.

Peso máximo del usuario



USO PREVISTO

El asiento y el armazón para inodoro Mowbray Lite están diseñados para ayudar a aquellas personas que tienen dificultades para sentarse o levantarse de un inodoro estándar. El asiento moldeado de plástico ofrece soporte en una posición natural y el armazón es ajustable en altura y anchura *.

(*Solo disponible con M66613 – Mowbray Lite Paquete desmontado)



SEGURIDAD

Lea estas instrucciones antes de la instalación y posterior uso.

Este producto debe ser montado, instalado y mantenido correctamente.

No superar el peso máximo del usuario.

DESEMBALADO

Revise el producto cuidadosamente antes de la instalación/ uso. Si ve, o sospecha de algún fallo, no lo use, contacte con su proveedor inmediatamente.

Nota: *M66625, M92740 y N36974 se entregan ya montados.*

M66613 se suministra desmontado

Contenido (M66613 solo):

1. Asiento de inodoro x 1
2. Armazón LADO IZQUIERDO x 1
3. Armazón LADO DERECHO x 1
4. Armazón Barra central x 2
5. Juego de patas x 4
6. Clips x 8

MONTAJE

1. **M66613 - Mowbray Lite Paquete desmontado:**
   Monte los laterales del armazón en las barras centrales, ajuste el ancho correcto, alinee los orificios y fíjelos con los cuatro clips suministrados

2. **N36974 - Mowbray Lite Montado, anchura ajustable:**
   El armazón ya viene montado. Para ajustar la anchura, retire los clips y deslice los tubos laterales del armazón en las barras centrales del armazón hasta que se alcance la anchura deseada, alinee los orificios y fíjelos con los cuatro clips.

3. **Todos los modelos**
   Retire el asiento moldeado de su bolsa protectora y colóquelo en su lugar en las barras centrales del armazón, procure que el asiento quede firmemente fijado en su sitio y bien sujeto tanto en la parte delantera como en la trasera.
4. Ajuste la altura requerida retirando cada clip correspondiente y deslice cada pata hacia arriba o hacia abajo hasta conseguir la altura requerida. Alinee los orificios y recoloque el clip. (Ver diagrama al dorso)
5. Verifique que todas las extensiones de las patas estén colocadas a la misma altura para evitar el desequilibrio.
6. Coloque el Mowbray sobre el inodoro con el corte del asiento delante y la protección integral contra salpicaduras ubicada en el centro sobre la taza del inodoro.


7. Cuando no se use, el Mowbray puede apilarse con el asiento in situ. Se recomienda que no se apilen más de cinco armazones para el almacenamiento de larga duración.

Instrucciones de montaje - Kit de fijación al suelo

Si se requiere una fijación permanente, hay disponible un kit de fijación al suelo como accesorio - ver tabla de repuestos y accesorios.

1. Retire las patas existentes quitando los clips de seguridad y deslizándolas fuera del armazón.
2. Sustituir con las patas de fijación al suelo.
3. Ajuste la altura requerida y fíjela con los clips
4. Fije las patas al suelo con doce tornillos (no suministrados) utilizando los métodos de fijación adecuados para la base del suelo. - ver diagrama más abajo

Nota: *El ajuste de altura no es posible una vez que las patas están fijadas al suelo*



LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1. El asiento puede sacarse del armazón y esterilizarse en autoclave en ciclos de hasta 70ºC.
2. El armazón puede limpiarse con un limpiador en crema o una solución detergente no abrasivos.
3. Compruebe mensualmente los casquillos en las versiones autónomas por si presentan signos de desgaste.
4. Compruebe semanalmente los tornillos de fijación al suelo.
5. Compruebe los clips cada 2 meses.
6. El peso máximo del usuario no debe superar los 190 kg.

ACCESORIOS Y PIEZAS DE RECAMBIO

F11572 - Kit de fijación al suelo (Juego de 4)

F17938 - Casquillo

M66820 - Asiento

Para más detalles, visite nuestro sitio web:

www.nrshealthcare.co.uk o llame al Servicio al Cliente.

ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO

Este producto debe limpiarse a fondo antes de proceder a su eliminación.

Este producto ha sido fabricado con metal y plástico y puede desecharse a través de los Centros de reciclaje y eliminación de residuos domésticos de las autoridades locales o a través de los contenedores de residuos comerciales locales.

GARANTÍA DEL PRODUCTO

NRS Healthcare garantiza este producto por un período de 12 meses, a partir de la fecha de compra, contra defectos de material y mano de obra.

Esta garantía no cubre el abuso, mal uso, interferencia o manipulación de cualquier parte del producto.

Cualquier garantía emitida por NRS Healthcare no afecta a sus derechos legales.

NRS HEALTHCARE Sherwood House, Cartwright Way, Forest Business Park, Bardon Hill, Coalville, Leicestershire, LE67 1UB, Reino Unido.

Teléfono: Servicio al Cliente: +44 (0) 345 121 8111

Correo electrónico: customerservices@nrshealthcare.co.uk

NRS Healthcare es un proveedor líder de equipos comunitarios y ayudas para la vida diaria. Para ver nuestra gama completa, visite nuestro sitio web:

www.nrshealthcare.co.uk

MODE D'EMPLOI
GAMME DE CADRES ET SIÈGES DE TOILETTE MOWBRAY LITE

M66613	Produit en kit - Largeur ajustable	M66625	En série - Largeur fixe de l'élément assemblé
M92740	510 - Largeur fixe de l'élément assemblé	N36974	Largeur ajustable de l'élément assemblé

⚠ Consignes générales de sécurité ⚠

Veillez à lire et suivre ces consignes avec soin. Leur non respect peut entrainer des blessures. Gardez ce document en lieu sûr pour référence ultérieure.

Poids maximum de l'utilisateur



UTILISATION PRÉVUE

Les cadres et sièges de toilette Mowbray Lite sont conçus pour aider les personnes ayant des difficultés à s'asseoir sur le siège ou à se remettre debout. Le siège en plastique moulé assure un bon support et la hauteur et la largeur* du cadre sont réglables.

(*Seulement disponible sur le modèle M66613 – Mowbray Lite en kit)



SÉCURITÉ

Lire ces instructions avant toute installation ou utilisation.

Ce produit doit être assemblé, installé et entretenu de manière correcte.

Ne pas excéder le poids maximal de l'utilisateur.

DÉBALLAGE

Vérifier le produit avec soin avant de l'installer ou de l'utiliser. Si vous constatez un défaut ou si vous avez des doutes, contactez immédiatement votre fournisseur.

Remarque: *Les modèles M66625, M92740 et N36974 sont livrés pré-assemblés.*

Le modèle M66613 est fourni en kit.

Contenu (M66613 seulement) :

1. 1 siège de toilette
2. 1 élément de cadre gauche
3. 1 élément de cadre droit 1
4. 2 barres médianes pour le cadre
5. Éléments d'assemblage de la béquille
6. 8 clips

ASSEMBLAGE

1. **M66613 - Mowbray Lite en kit :**
   Assembler les éléments latéraux des cadres sur les barres médianes, régler la largeur, aligner les orifices et assujettir avec les 4 clips fournis.

2. **N36974 - Mowbray Lite à largeur ajustable :**
   Le cadre est livré déjà assemblé. Pour régler la largeur, déposer les clips et faire coulisser les tubes latéraux des cadres dans les barres médianes jusqu'à ce que vous obteniez la largeur requise. Aligner les orifices et assujettir avec les 4 clips fournis.

3. **Tous les modèles**
   Retirer le siège moulé de son enveloppe protectrice et le clipser en place sur les barres médianes du cadre, vérifier que le siège est fermement maintenu en position et bien assujetti sur l'arrière et sur le devant.

4. Régler la hauteur en déposant chaque clip à tour de rôle et en faisant coulisser chaque béquille vers le haut ou le bas comme requis.. Aligner les orifices et reposer les clips. (Voir le schéma au verso)

5. Vérifier que toutes les béquilles sont à la même hauteur pour éviter que le cadre ne bascule.

6. Placer le Mowbray sur la cuvette des WC avec la partie ouverte du siège tournée vers l'avant et le pare-éclaboussures intégré bien au centre de la cuvette.


7. Lorsqu'il n'est pas utilisé, le Mowbray peut être rangé sur place avec le siège. Il est recommandé de ne pas empiler plus de 5 cadres pour un entreposage à long terme.

Procédure d'installation - Kit de fixation au sol

Si une fixation permanente au sol est requise, un kit de fixation au sol est disponible à titre d'accessoire. – se référer au tableau des pièces détachées et des accessoires.

1. Déposer les béquilles existantes en déposant les clips de fixation et en les faisant coulisser hors du cadre.
2. Les remplacer par les béquilles de fixation au sol.
3. Régler à la hauteur requise et assujettir avec les clips.
4. Fixer les béquilles au sol avec douze vis (non fournies) en utilisant la méthode de fixation la mieux adaptée à la nature du sol. - Voir le schéma ci-dessus.

Remarque: *Il n'est plus possible de modifier la hauteur une fois les béquilles fixées au sol.*



NETTOYAGE ET MAINTENANCE

1. Le siège peut être détaché du cadre et lavé en autoclave avec des cycles de lavage de jusqu'à 70°C.
2. Le cadre peut être nettoyé à l'aide d'un produit de nettoyage non abrasif ou d'une solution de détergent.
3. Vérifier une fois par mois l'état d'usure des viroles des modèles autonomes.
4. Vérifier une fois par semaine le serrage de la fixation au sol.
5. Vérifier une fois tous les 2 mois l'état des clips.
6. Le poids maximum de l'utilisateur est de 190 kg.

ACCESSOIRES ET PIÈCES DE RECHANGE

F11572 - Kit de fixation au sol (jeu de 4)

F17938 - Virole

M66820 - Siège

Pour plus de détails, veuillez vous rendre sur notre site web :

www.nrshealthcare.co.uk ou appelez les services clients.

MISE AU REBUT DU PRODUIT

Ce produit doit être nettoyé à fond avant sa mise au rebut.

Ce produit est fabriqué avec du métal et du plastique et il peut être mis au rebut dans les centres municipaux de collecte et de recyclage des déchets ménagers ou via des entreprises locales spécialisées dans la collecte des déchets.

GARANTIE DU PRODUIT

NRS Healthcare garantit ce produit pendant une période de 12 mois, à compter de la date d'achat, contre tout défaut de matériau et de fabrication.

Cette garantie ne couvre pas les dommages résultant d'une utilisation abusive ou négligente, ni de modifications ou d'altérations d'une partie quelconque du produit.

Les garanties offertes par NRS Healthcare n'affectent pas vos droits statutaires.

NRS HEALTHCARE Sherwood House, Cartwright Way, Forest Business Park, Bardon Hill, Coalville, Leicestershire, LE67 1UB, Royaume-Uni.

Tél. Service clientèle : + 44 (0) 345 121 8111

E-mail : customerservices@nrshealthcare.co.uk

NRS Healthcare est un des principaux fournisseurs d'équipements de soin et d'aide à la vie quotidienne. Pour consulter notre gamme de produits, rendez-vous sur notre site Web:

www.nrshealthcare.co.uk

GEBRUIKERSINSTRUCTIES MOWBRAY LITE TOILETFRAMES EN WC-BRILLEN

M66613	Plat pakket - verstelbare breedte	M66625	Standaard - vaste breedte
M92740	510 - vaste breedte	N36974	Vaste breedte

⚠ Algemene veiligheidswaarschuwing ⚠

Zorg ervoor dat u deze instructies goed doorleest en nauwkeurig opvolgt. Doet u dat niet, dan bestaat het risico op lichamelijk letsel. Bewaar deze instructies op een veilige plek.

Maximumgewicht van de gebruiker



BEDOELD GEBRUIK

De toiletframes en wc-brillen van Mowbray Lite zijn ontworpen om mensen te helpen die het lastig vinden om een toilet met een standaardhoogte te gebruiken. De kunststof wc-bril biedt steun in een natuurlijke positie en de hoogte en de breedte* van het frame zijn verstelbaar.

(*Alleen de M66613 - Mowbray Lite plat pakket)



VEILIGHEID

Lees deze aanwijzingen voorafgaand aan de installatie en het gebruik.

Dit product moet juist gemonteerd, geïnstalleerd en onderhouden worden.

Het aangegeven maximumgewicht van de gebruiker mag niet worden overschreden.

UITPAKKEN

Controleer het product zorgvuldig voorafgaand aan de installatie en het gebruik. Als u een defect ziet of vermoedt, mag u het product niet gebruiker. Neem onmiddellijk contact op met uw leverancier.

N.B.: *M66625, M92740 en N36974 worden volledig gemonteerd geleverd.*

M66613 wordt als een plat pak geleverd

Inhoud (alleen M66613):

1. 1 wc-bril
2. 1 linkerzijkant van het frame
3. 1 rechterzijkant van het frame
4. 2 middenstangen
5. 4 poten
6. 8 e-clips

MONTAGE

1. **M66613 - Mowbray Lite plat pak:**

   Bevestig de zijkanten aan de middenstangen. Stel de juiste breedte in, zorg ervoor dat de gaten zijn uitgelijnd en zet het geheel met de vier meegeleverde e-clips vast.

2. **N36974 - Mowbray Lite met verstelbare breedte:**

   Het frame wordt gemonteerd geleverd. U kunt de breedte verstellen door de e-clips te verwijderen en de buizen van de zijkanten van het frame in de middenstangen te schuiven tot aan de gewenste breedte. Zorg ervoor dat de gaten zijn uitgelijnd en gebruik de vier meegeleverd e-clips om het geheel vast te zetten.

3. **Alle modellen**

   Haal de wc-bril uit de beschermzak en duw hem op zijn plaats op de middenstangen. Zorg ervoor dat de bril aan de voor- en achterkant goed is bevestigd.


4. Verstel de hoogte door de e-clip van telkens één poot los te halen en die poot op de juiste hoogte in te stellen. Zorg ervoor dat de gaten zijn uitgelijnd en maak de e-clip weer vast. (Raadpleeg de illustratie op de volgende pagina)
5. Zorg ervoor dat alle poten op dezelfde hoogte zijn ingesteld, zodat het frame stevig op de vloer staat.
6. Plaats het frame van Mowbray over het toilet met het uitgesneden deel van de wc-bril aan de voorkant en de ingebouwde spatbescherming in het midden over de wc-pot.
7. De toiletframes van Mowbray kunnen op elkaar gestapeld worden wanneer ze niet worden gebruikt. Aanbevolen wordt niet meer dan vijf frames langere tijd op elkaar te stapelen.

Installatieaanwijzingen - kit voor vloerbevestiging

Als het frame vast moet worden geïnstalleerd, is een kit voor vloerbevestiging als accessoire leverbaar. Raadpleeg de tabel met reserveonderdelen en accessoires.

1. Verwijder de geleverde poten door de e-clips te verwijderen en de poten uit het frame te schuiven.
2. Vervang ze door de poten die aan de vloer bevestigd moeten worden.
3. Schuif deze poten in tot aan de gewenste hoogte en zet ze met de e-clips vast.
4. Bevestig de poten aan de vloer met twaalf schroeven (niet meegeleverd). Gebruik de bevestigingsmethode die geschikt is voor de specifieke vloer. Zie onderstaande illustratie.

N.B.: *Zodra de poten aan de vloer zijn bevestigd, zijn ze niet langer in hoogte verstelbaar.*



REINIGING EN ONDERHOUD

1. De wc-bril kan verwijderd en geautoclaveerd worden in een schoonmaakcyclus tot 70°C.
2. Het frame kan worden schoongemaakt met een sopje van een niet-schurend schoonmaakmiddel.
3. Controleer de beslagringen van de vrijstaande modellen elke maand op slijtage.
4. Controleer de schroeven van de vloerbevestiging elke week.
5. Controleer de e-clips om de 2 maanden.
6. Het maximumgewicht van de gebruiker is 190 kg.

ACCESSOIRES EN RESERVEONDERDELEN

F11572 - Kit voor vloerbevestiging (4 stuks)

F17938 - Beslagring

M66820 - Wc-bril

Meer informatie vindt u op onze website:

www.nrshealthcare.co.uk of bel naar onze klantendienst.

HET PRODUCT AFVOEREN

Dit product moet grondig worden schoongemaakt voordat u het verwijdert.

Het product bestaat uit metaal en kunststof en kan in een gemeentelijk recyclingcentrum of door de lokale afvalophaaldienst worden verwijderd.

PRODUCTGARANTIE

NRS Healthcare garandeert dit product gedurende 12 maanden na de aankoopdatum tegen materiaal- en fabricagefouten.

Deze garantie geldt niet voor misbruik, verkeerd gebruik, als enig onderdeel van dit product is gewijzigd of als er met het product is geknoeid.

De garantie van NRS Healthcare heeft geen invloed op uw wettelijke rechten.

NRS HEALTHCARE Sherwood House, Cartwright Way, Forest Business Park, Bardon Hill, Coalville, Leicestershire, LE67 1UB, GB

Tel. Klantenservice: 0345 121 8111

E-mail: customerservices@nrshealthcare.co.uk

NRS Healthcare is een toonaangevende leverancier van voorzieningen en hulpmiddelen voor het dagelijkse leven. Raadpleeg onze website voor het gehele assortiment.

www.nrshealthcare.co.uk

M66613-UI-7