



Etac Clean Manual

78644E 19-02-07


etac®



Clean



Clean 24"



Clean HRB

sv Innehållsförteckning

Bilder.....	3-7
Allmänt.....	8
Produktbeskrivning & Måttabell.....	8
Garanti & Underhåll.....	8
Säkerhet.....	8
Förflyttning.....	8
Armstöd.....	8
Höjddreglering.....	9
Fotstöd.....	9
Ryggklädsel.....	9
Brukarbroms.....	9
Tillbehör.....	9

no Innholdsfortegnelse

Bilder.....	3-7
Generelt.....	10
Produktbeskrivelse & måltabell.....	10
Garanti / vedlikehold.....	10
Sikkerhet.....	10
Forflytning.....	10
Armlener.....	10
Høyderegulering.....	11
Fotstøtte.....	11
Ryggtrekk.....	11
Brukerbrems.....	11
Tilbehør.....	11

da Indholdsfortegnelse

Billeder.....	3-7
Generelt.....	12
Produktbeskrivelse & Måletabel.....	12
Garanti / Vedligeholdelse.....	12
Sikkerhed.....	12
Forflytning.....	12
Armlæn.....	12
Højderregulering.....	13
Fodstøtte.....	13
Stropryg.....	13
Brukerbremse.....	13
Tilbehør.....	13

en Contents

Images.....	3-7
General.....	14
Product description & dimensions table.....	14
Warranty / maintenance.....	14
Safety.....	14
Transfers.....	14
Armrest.....	14
Height adjustment.....	15
Footrest.....	15
Backrest upholstery.....	15
User brake.....	15
Accessories.....	15

de Inhalt

Abbildungen.....	3-7
Allgemeines.....	16
Produktbeschreibung & Tischabmessungen.....	16
Garantie / Wartung.....	16
Sicherheit.....	16
Umsetzen.....	16
Armlehne.....	17
Einstellung der Höhe.....	17
Fußstütze.....	17
Rückenlehnenpolsterung.....	17
Benutzerbremse.....	17
Zubehör.....	17

fi Sisällysluettelo

Kuvat.....	3-7
Yleistä.....	18
Tuotekuvas & Mittataulukko.....	18
Takuu / Huolto.....	18
Turvallisuus.....	18
Siirtäminen.....	18
Käsinjojat.....	18
Korkeuden säätö.....	19
Jalkatuki.....	19
Selkänojan verhoilu.....	19
Käyttäjän jarru.....	19
Lisävarusteet.....	19

fr Sommaire

Images.....	3-7
Généralités.....	20
Présentation du produit.....	20
Garantie / maintenance.....	20
Sécurité.....	20
Transferts.....	20
Appuis-bras.....	21
Règlage de la hauteur.....	21
Repose-pieds.....	21
Rembourrage du dossier.....	21
Frein utilisateur.....	21
Accessoires.....	21

nl Inhoudsopgave

Afbeeldingen.....	3-7
Algemeen.....	22
Productbeschrijving & tabel met afmetingen.....	22
Garantie / onderhoud.....	22
Veiligheid.....	22
Verplaatsen.....	22
Armleuning.....	23
Hoogteinstelling.....	23
Voetensteun.....	23
Rugbekleding.....	23
Rem voor de gebruiker.....	23
Toebehoren.....	23

it Indice

Immagini.....	3-7
Informazioni generali.....	24
Descrizione del prodotto.....	24
Garanzia / manutenzione.....	24
Sicurezza.....	24
Trasferimenti.....	24
Bracciolo.....	24
Regolazione in altezza.....	25
Poggiapiedi.....	25
Rivestimento dello schienale.....	25
Freno dell'utente.....	25
Accessori.....	25

es Índice

Imágenes.....	3-7
Recomendaciones generales.....	26
Descripción del producto.....	26
Garantía / mantenimiento.....	26
Seguridad.....	26
Traslados.....	26
Reposabrazos.....	27
Regulación de altura.....	27
Reposapiés.....	27
Tapizado del respaldo.....	27
Freno del usuario.....	27
Accesorios.....	27


pt Índice

Imagens.....	3-7
Generalidades.....	28
Descrição do produto.....	28
Garantia/manutenção.....	28
Segurança.....	28
Transferências.....	28
Apoio para o braço.....	29
Ajuste da altura.....	29
Apoio para os pés.....	29
Revestimento do apoio para as costas.....	29
Travão do utilizador.....	29
Acessórios.....	29


ar تايوت حمل

3-7.....	الصور
14.....	نظرة عامة
14.....	جدول أوصاف المنتج والأبعاد
14.....	الضمان/الصيانة
14.....	السلامة
14.....	عمليات الانتقال
14.....	مسند الذراع
15.....	تعديل الارتفاع
15.....	مسند القدمين
15.....	كسوة مسند الظهر
15.....	فرامل التوقف الخاصة بالمستخدم
15.....	الملحقات


A



Clean



Clean 24"



Clean HRB


A

Clean 44	50 cm (19 3/4")	56.5 cm (22 1/4")	98 cm (38 1/2")	38.5* cm (15 1/4")	44 cm (17 1/4")	33 / 41 cm (13 / 16")	22 cm (8 1/2")	7.5 cm (3")
Clean 49	50 cm (19 3/4")	56.5 cm (22 1/4")	103 cm (40 1/2")	43.5* cm (17")	49 cm (19 1/4")	33 / 41 cm (13 / 16")	22 cm (8 1/2")	12.5 cm (5")
Clean 55	50 cm (19 3/4")	56.5 cm (22 1/4")	107 cm (42")	49.5* cm (19 1/2")	55 cm (21 1/2")	39 / 47.5 cm (15 1/4 / 18 3/4")	22 cm (8 1/2")	12.5 cm (5")
Clean 60	50 cm (19 3/4")	56.5 cm (22 1/4")	112 cm (44")	54.5* cm (21 1/2")	60 cm (23 1/2")	39 / 47.5 cm (15 1/4 / 18 3/4")	22 cm (8 1/2")	12.5 cm (5")
Clean 24"	69 cm (27 1/4")	74 cm (29")	107 cm (42")	49.5* cm (19 1/2")	55 cm (21 1/2")	39 / 47.5 cm (15 1/4 / 18 3/4")	22 cm (8 1/2")	12.5 cm (5")
Clean HRB	54 cm (21 1/4")	56.5 cm (22 1/4")	102 / 114.5 cm (40 1/4 / 45")	42 / 54.5* cm (16 1/2 / 21 1/2")	47.5 / 60 cm (18 3/4 / 23 1/2")	30 / 44 cm (11 3/4 / 17 1/2")	22 cm (8 1/2")	12.5 cm (5")
Clean 44	36 cm (14")	44 cm (17 1/4")	48 cm (19")	43.5 cm (17")	36 cm (14")	21.5 cm (8 1/2")	13.5 kg (29.7 lbs)	130 kg (286.6 lbs)
Clean 49	36 cm (14")	44 cm (17 1/4")	48 cm (19")	43.5 cm (17")	36 cm (14")	21.5 cm (8 1/2")	14.0 kg (30.8 lbs)	130 kg (286.6 lbs)
Clean 55	36 cm (14")	44 cm (17 1/4")	48 cm (19")	43.5 cm (17")	36 cm (14")	21.5 cm (8 1/2")	14.5 kg (31.9 lbs)	130 kg (286.6 lbs)
Clean 60	36 cm (14")	44 cm (17 1/4")	48 cm (19")	43.5 cm (17")	36 cm (14")	21.5 cm (8 1/2")	15.0 kg (33 lbs)	130 kg (286.6 lbs)
Clean 24"	36 cm (14")	44 cm (17 1/4")	48 cm (19")	43.5 cm (17")	36 cm (14")	21.5 cm (8 1/2")	20.0 kg (44 lbs)	130 kg (286.6 lbs)
Clean HRB	36 cm (14")	44 cm (17 1/4")	48 cm (19")	43.5 cm (17")	36 cm (14")	21.5 cm (8 1/2")	14.2 kg (31.3 lbs)	130 kg (286.6 lbs)


sv *Med Gejder -1.5 cm | **no** *Med bekkenholder -1.5 cm | **da** *Med skinner - 1.5 cm | **en** *With pan holders -1.5 cm | **de** *Mit Beckenhalterung - 1.5 cm | **fi** *Ohjaimien kanssa - 1.5 cm | **fr** *Avec glissières pour bassin - 1.5 cm | **nl** *Met toiletemmerhouders -1.5 cm | **it** *Con guide per padella -1.5 cm | **es** *Con guías para cuña - 1.5 cm | **pt** *Con guías para cuña - 1.5 cm |

ar *مزود بحاملات وعاء -1.5 سم (-1/2 بوصة)


B




C




D




E




F




G



H





Svenska

Allmänt

Tack för att du valt en duschstol från Etac.

För att undvika skador vid hantering och användning, ska denna manual läsas igenom.

I manualen är Brukaren den person som sitter i stolen. Hjälparen är den person som manövrerar stolen.

Clean är en mobil dusch- och toalettstol avsedd att användas för att underlätta hygienbestyr för personer med rörelsenedsättningar. Den är utformad för att användas i dusch, vid handfat eller över toaletten samt för transporten till och från hygienrummet. Varje detalj på stolen är gjord för att underlätta för såväl brukare som vårdare.

Clean kan användas av personer som väger max 130 kg.

Clean är testad av testinstitut och uppfyller kraven enligt EN ISO 10993-1, SS EN 12182.



Den här produkten ska återvinnas enligt nationella föreskrifter.



Den här symbolen förekommer i manualen tillsammans med text. Den vill påkalla uppmärksamhet när brukarens eller hjälparens säkerhet kan äventyras.



Början på manualen (sid. 3-7) innehåller de bilder som refereras till i varje stycke. Se figur A-J till motsvarande textstycke.

Punktlista: ● = Gäller för, ○ = Tillbehör

Se punktlistan till höger, över vilken information som gäller för respektive produkt.

Denna manual omfattar följande produkter:

Clean

Clean 24"

Clean HRB (höjdglerbar)

Produktbeskrivning & Måttabell

Se Figur A

A1. Ryggstöd **A2.** Armstöd **A3.** Sits **A4.** Fotstöd **A5.** Länkhjul **A6.** Produktetikett (varningar, CE-märkning) **A7.** Artikelnummeretikett (ser.nr., tillverkningsdatum)

A8. Drivhjul **A9.** Brukarbroms

A10. Höjdglering

Garanti & Underhåll

Se Figur B

5 års garanti mot fel i material och tillverkning. För villkor, se www.etac.com.

Livslängd:

Livslängd 7 år. För fullständig information om produktens livslängd, se www.etac.com.

Underhåll:

För att upprätthålla funktion och säkerhet bör du regelbundet:

- Rengöra stolen med vanliga rengöringsmedel utan slipmedel. Skölja och torka.
- Hålla hjulen rena från hårstrån och tvålavlagringar m.m.

Om din hygienstol inte har fullgod funktion, tag kontakt med din ordinator.

Symboler

B1. Rengör stolen med vanliga rengöringsmedel utan slipmedel. Skölj och torka.

B2. Produkten tål rengöring i 85° i 3 minuter.

Säkerhet

Se Figur B



- Defekt stol får ej användas.

Symboler

B3. Klämrisk vid armstödet.

B4. Kliv ej på fotstödet, tipprisk.

B5. Max brukarvikt.

B6. Sittställningen påverkar stabiliteten.

Förflyttning

Se Figur C

Över tröskel:

C1. Enbart stol, sätt en fot på hjulfästet.

C2. Med brukare, kör stolen baklänges.

Stillastående:

C3. Lås alltid så många hjul som möjligt när stolen används stillastående.

C4. Utåtställda hjul förbättrar stolens stabilitet.

Överflyttning:

Gör en riskbedömning och dokumentera. Som vårdgivare är du ansvarig för brukarens säkerhet. Bedöms momentet som riskfyllt bör hjälpmedel användas. För hjälpmedel till manuellöverflyttning besök www.etac.com

C3-C4. Det är viktigt att man innan överflyttning till och från Clean, ser till att hjulen är låsta och utåtställda.

- Lossa det armstöd som är i överflyttningens riktning.

C5-C7. Utför överflyttningen.

Svenska

Armstöd

Se Figur D

D1. Armstöden är svängbara och avtagbara.

D2. Armstöden är låsbara.

Höjdregering

Se Figur E

E1-3. Höjden kan regleras enkelt genom att skruven placeras i önskat läge.



Kontrollera att alla fyra hjulen är lika inställda, annars försämrar stabiliteten.



Använd ej stolen om vingmuttrarna är lösa.

Fotstöd

Se Figur F

F1. Vårdaren skjuter lätt in fotstödet med foten.

F2. Fotstödet är avtagbart.

F3. Fotstödet är vinkelställbart och höjdinställbart i 4 lägen.

F4. Fotstödet är vinkelställbart och höjdinställbart i 8 lägen.

F5. Genom att flytta tapparna erhålles fler inställningsmöjligheter.



Ta bort tapparna när fotstödet är borttaget.



När stolen är inställd på höjden 47,5 cm skall inte nedersta läget på fotstödet användas.

Ryggläddsel

Se Figur G

Brukarbroms

Se Figur H

Tillbehör

Se Figur I

Under stycket tillbehör kan du se alla tillval som är möjliga för din hygienstol. Variationer kan förekomma på olika marknader. Begränsningar för tillbehörskombinationer förekommer, för mer information besök www.etac.com.

Se Figur I	Clean	Clean 24"	Clean HRB	Se Figur I	Clean	Clean 24"	Clean HRB
I1. Bäck	☐	☐	☐	I15. Mjukrygg	☐	☐	☐
I2. Bäck och lock med handtag	☐	☐	☐	I16. Bålstöd	☐	☐	☐
I3. Lock med handtag	☐	☐	☐	I17. Förhöjningsklossar	☐	☐	☐
I4. Engångsbäcken	☐	☐	☐	I18. Hjul 75mm låsbara 2st	☐	☐	☐
I5. Bäckengejder	☐	☐	☐	I19. Drivhjulsadapter	☐	☒	☐
I6. Hinkgejder	☐	☐	☐	I20. Tvålkopp	☐	☐	☐
I7. Gejder engångsbäcken	☐	☐	☐	I21. Tvärså	☐	☐	☐
I8. Tillsats för låg upphängning av bäcken/hink	☐	☐	☐	I22. Benstöd, vinkelreglerbart	☐	☐	☐
I9. Mjuksits	☐	☐	☐	I23. Fotstöd, uppfällbara och avtagbara	☐	☐	☐
I10. Komfortsits	☐	☐	☐	I24. Ryggkläddsel	☐	☐	☐
I11. Hel sittdyna	☐	☐	☐	I25. Säkerhetsrem	☐	☐	☐
I12. ROHO protect dyna, tryckavlastande	☐	☐	☐	I26. Höftbälte	☐	☐	☐
I13. Komfortskal	☐	☐	☐	I27. Brösthälte	☐	☐	☐
I14. Armstödsdyna par	☐	☐	☐				

Norsk

Clean
Clean 24"
Clean HRB

Generelt

Takk for at du valgte en dusjstol fra Etac.

For å unngå skader ved håndtering og bruk skal denne bruksanvisningen leses gjennom.

I bruksanvisningen er Brukeren den personen som sitter i stolen. Hjelperen er den personen som manøvrerer stolen.

Clean er en dusj- og toalettstol til bruk for å forenkle dusj- og toalettbesøk for personer med nedsatt bevegelse. Den er utformet for å brukes i dusj, ved vaskeservant eller over toalettet samt til transport til og fra hygienrommet. Hver detalj på stolen er lagd for å gjøre det lettere for så vel brukere som pleiere.

Clean kan brukes av personer som veier maks. 130 kg.

Etac Clean er testet av testinstitutter og oppfyller kravene i henhold til EN ISO 10993-1, SS EN 12182.



Dette produktet skal gjenvinnes i henhold til nasjonale forskrifter.



Dette symbolet forekommer i bruksanvisningen sammen med tekst. Det påpeker momenter der brukerens eller hjelperens sikkerhet kan settes på spill.



Begynnelsen av bruksanvisningen (side 3-7) inneholder bildene det refereres til i hvert avsnitt. Se figur A-J for tilhørende tekst.

Punktliste: ● = Gjelder for, ○ = Tilbehør

Se punktlisten til høyre for informasjon som gjelder for hvert enkelt produkt.

Denne bruksanvisningen omfatter følgende produkter:

Clean

Clean 24"

Clean HRB (Høyderegulerbar)

●
●
●

Produktbeskrivelse & måltabell

Se Figur A

A1. Ryggstøtte **A2.** Armlene **A3.** Sete **A4.** Fotstøtte **A5.** Svinghjul **A6.** Produktetikett (advarsler, CE-merking) **A7.** Varenummeretikett (serie-nummer, produksjonsdato)

A8. Drivhjul **A9.** Brukerbrems

A10. Høyderegulering

● ● ●
○ ●
●

Garanti / vedlikehold

Se Figur B

5 års garanti mot feil i materiale og utførelse. For betingelser, se www.etac.com.

Produktets levetid:

Levetid 7 år. Se fullstendig informasjon om produktenes levetid på www.etac.com.

Vedlikehold:

For å opprettholde funksjon og sikkerhet, bør du gjøre følgende regelmessig:

- Rengjør stolen med vanlig rengjøringsmiddel uten slipemiddel. Skyll av og tørk.
- Hold hjulene rene for hår og såperester m.m.

Hvis dusj- og toalettstolen ikke fungerer etter intensjonene, ta kontakt med en fagperson.

Symboler

B1. Rengjør stolen med vanlig rengjøringsmiddel uten slipemiddel. Skyll av og tørk.

B2. Produktet tåler rengjøring ved 85 °C i tre minutter.

● ● ●

Sikkerhet

Se Figur B



- Stolen må ikke brukes hvis den er defekt.

Symboler

B3. Klemfare ved armlænefestene.

B4. Ikke stå på fotstøtten, grunnet tippefare.

B5. Max brukervekt.

B6. Sittestillingen påvirker stabiliteten.

● ● ●

Forflytning

Se Figur C

Over terskel:

C1. Tom stol, sett en fot på et av hjulfestene, tipp stolen.

C2. Stol med bruker i: kjør stolen baklengs.

Stillestående:

C3. Lås alltid så mange hjul som mulig når stolen er i bruk, men står rolig.

C4. Utovervendte hjul bedrer stolens stabilitet.

Overflytting:

Foretatt en risikovurdering, og dokumenter den. Som pleier er du ansvarlig for brukerens sikkerhet. Hvis operasjonen vurderes som vanskelig, bør det brukes hjelpemiddel. Se www.etac.com for hjelpemidler til manuell overflytting.

C3-C4. Før overflytting til og fra Clean er det viktig å kontrollere at hjulene er låste og vender utover.

- Løsne armlenet på den siden overflyttingen skal foretas.

C5-C7. Utfør overflyttingen.

● ● ●

Norsk

Armlener

Se Figur D

D1. Armlenene er utsvingbare og avtagbare.

D2. Armlenene er låsbare.

Høyderegulering

Se Figur E

E1-3. Høyden kan reguleres enkelt ved at skruen plasseres i ønsket stilling.



Kontroller at alle fire hjul er likt innstilt, ellers svekkes stabiliteten.



Ikke bruk stolen der som vingemutrene er løse.

Fotstøtte

Se Figur F

F1. Pleieren skyver lett inn fotstøtten med foten.

F2. Fotstøtten er avtagbar.

F3. Fotstøtten kan vinkles og stilles i 4 posisjoner i høyden.

F4. Fotstøtten kan vinkles og stilles i 8 posisjoner i høyden.

F5. Ved å flytte tappen, får man flere innstillingsmuligheter.



Ta ut tappene når fotstøtten er tatt av.



Når stolen er stilt inn på høyden 47,5 cm, skal ikke den nederste stillingen på fotstøtten brukes.

Ryggtrekk

Se Figur G

Brukerbrems

Se Figur H

Tilbehør

Se Figur I

I avsnittet tilbehør kan du se alt tilbehør som er tilgjengelig for din hygienestol. Variasjoner for standard kan forekomme på ulike markeder. Begrensninger for tilbehørskombinasjoner forekommer. Se www.etac.com for mer informasjon.

Se Figur I				Se Figur I			
	Clean	Clean 24"	Clean HRB		Clean	Clean 24"	Clean HRB
I1. Bekken	○	○	○	I15. Myk rygg	○	○	○
I2. Bekken og lokk med håndtak	○	○	○	I16. Torsostøtte	○	○	○
I3. Lokk med håndtak	○	○	○	I17. Forhøyningsklosser	○		
I4. Engangsbekken	○	○	○	I18. Hjul 75 mm låsbare 2 stk.	○		
I5. Bekkenholder	○	○	○	I19. Drivhjulsadapter	○	●	
I6. Bøtteholder	○	○	○	I20. Såpekopp	○		○
I7. Bekkenholder for engangsbekken	○	○	○	I21. Tverrstag	○	○	○
I8. Tillegg for lavt oppheng av bekken/bøtte	○	○	○	I22. Benstøtte, vinkelregulerbar			○
I9. Mykt sete	○	○	○	I23. Fotstøtte, oppfellbar og avtakbar			○
I10. Komfortsete	○	○	○	I24. Ryggtrekk	○	○	○
I11. Hel sittepute	○	○	○	I25. Sikkerhetsrem	○	○	○
I12. ROHO protect-pute, trykkavlastende	○	○	○	I26. Hoftebelte	○	○	○
I13. Komfortskall	○	○	○	I27. Brystbelte	○	○	○
I14. Armlenepute par	○	○	○				

Dansk

Clean
Clean 24"
Clean HRB

Generelt

Tak for dit køb af en badestol fra Etac.

Med henblik på at forebygge skader i forbindelse med håndtering og anvendelse skal denne betjeningsvejledning gennemblæses.

I betjeningsvejledningen er "brugeren" den person, der sidder i stolen. "Hjælperen" er den person, der manøvrerer stolen.

Clean er en bade- og toiletstol, der letter hygiejneplejen for personer med nedsat bevægelighed. Den er udformet med henblik på anvendelse i brusebadet, ved håndvasken eller over toilettet samt i forbindelse med transport til og fra badeværelse. Hver af stolens detaljer er udformet, så de hjælper både brugere og plejepersonale.

Clean kan anvendes af personer med en vægt på maks. 130 kg.

Clean er testet af et behørigt institut og opfylder kravene iht. EN ISO 10993-1, SS EN 12182.



Dette produkt skal genanvendes iht. nationale forskrifter.



I betjeningsvejledningen vil dette symbol blive benyttet sammen med teksten. Situationer med risiko for brugers eller hjælperens sikkerhed.



I begyndelsen af manualen (side 3-7) findes de billeder, der henvises til i de enkelte afsnit. Se figur A-J til det tilsvarende tekstafsnit.

Punktliste: ● = Gælder for, ○ = Tilbehør

Punktlisten til højre viser, hvilken information der hører til de forskellige produkter.

Denne manual omfatter følgende produkter:

Clean ●

Clean 24" ●

Clean HRB (Højdejusterbar) ●

Produktbeskrivelse & Måletabel

Se Figur A

A1. Ryglæn **A2.** Armlæn **A3.** Sæde **A4.** Fodstøtte **A5.** Svinghjul **A6.** Produktmærkat (advarsler, CE-mærkning) **A7.** Varenr.-mærkat (serienummer, produktionsdato)

A8. Drivhjul **A9.** Brugerbremse

A10. Højderegulering

Garanti / Vedligeholdelse

Se Figur B

5 års garanti mod fejl i materialer og forarbejdning. Vilkår fremgår af www.etac.com.

Produktlevetid:

Levetid 7 år. For fuldstændige oplysninger om produktets levetid, se www.etac.com.

Vedligeholdelse:

For at sikre, at stolen fungerer efter hensigten, skal du jævnligt vedligeholde den som følger:

- Rengør stolen med almindeligt rengøringsmiddel uden slibemiddel. Skyl efter med vand, og aftør med en klud.
- Hold hjulene fri for hår og sæberester mv.
- Hvis toiletstolen ikke fungerer korrekt, skal du kontakte den person, der har skaffet dig stolen.

Symboler

B1. Rengør stolen med almindeligt rengøringsmiddel uden slibemiddel. Skyl efter med vand, og aftør med en klud.

B2. Produktet tåler rengøring ved 85 ° i 3 minutter.

Sikkerhed

Se Figur B



- En defekt stol må ikke anvendes.

Symboler

B3. Klemningsfare ved armlænet.

B4. Stå ikke på fodstøtten, da stolen kan tippe.

B5. Maks. kapacitet: 130 kg.

B6. Siddestillingen påvirker stabiliteten.

Forflytning

Se Figur C

Over dørtrin:

C1. Uden bruger, sæt en fod på hjulfæstet.

C2. Med bruger: kør stolen baglæns.

Stillestående:

C3. Lås altid så mange hjul som muligt, når stolen anvendes stillestående.

C4. Ud-af-drejede hjul forbedrer stolens stabilitet.

Forflytning:

Foretag en risikovurdering, og dokumentér den. Som plejeperson er du ansvarlig for brugerens sikkerhed. Hvis situationen vurderes som risikofyldt, bør der anvendes et hjælpemiddel. Vedrørende hjælpemidler til manuel forflytning henvises til www.etac.com

C3-C4. Det er vigtigt, at man inden forflytning til og fra Clean kontrollerer, at hjulene er låste og peger udad.

- Løsn det armlæn, som er i forflytningens retning.

C5-C7. Foretag forflytningen.

Dansk

Armlæn Se Figur D

D1. Armlænene er aftagelige og svingbare.

D2. Armlænene er låsbare.

Højderegulering Se Figur E

E1-3. Højden kan let reguleres ved at indstille skruen i den ønskede position.



Kontrollér, at alle fire hjul er indstillet i samme højde, da stabiliteten i modsat fald vil forringes.



Brug ikke stolen, hvis vingemøtrikkerne er løse.

Fodstøtte Se Figur F

F1. Plejeren kan let skubbe fodstøtten ind med foden.

F2. Fodstøtten kan tages af.

F3. Fodstøtten kan indstilles i 4 vinkler og højder.

F4. Fodstøtten kan indstilles i 8 vinkler og højder.

F5. Flytning af tappen giver flere indstillingsmuligheder.



Fjern tappene, når fodstøtten ikke er monteret.



Når stolen er indstillet til højden 47,5 cm, må den nederste indstilling på fodstøtten ikke anvendes.

Stropryg Se Figur GBrugerbremse Se Figur HTilbehør Se Figur II afsnittet om tilbehør kan du se alle de tilvalg, der fås til din hygiejnestol. Forskellige markeder kan have forskellige standarder. Tilbehørskombinationerne kan være begrænsede. Få mere at vide på www.etac.com.

Se Figur I	Clean	Clean 24"	Clean HRB	Se Figur I	Clean	Clean 24"	Clean HRB
I1. Bækken	☐	☐	☐	I15. Blød ryg	☐	☐	☐
I2. Bækken og låg med håndtag	☐	☐	☐	I16. Sidestøtte	☐	☐	☐
I3. Låg med håndtag	☐	☐	☐	I17. Forhøjningsklodser	☐	☐	☐
I4. Engangsbækken	☐	☐	☐	I18. Hjul 75 mm låsbare 2 stk.	☐	☐	☐
I5. Bækkenskiner	☐	☐	☐	I19. Drivhjulsadapter	☐	☒	☐
I6. Spandeskiner	☐	☐	☐	I20. Sæbeskål	☐	☐	☐
I7. Skinner til engangsbækken	☐	☐	☐	I21. Tværstang	☐	☐	☐
I8. Tilbehørsdele til lav ophængning af bækken/spand	☐	☐	☐	I22. Benstøtte med regulerbar vinkel	☐	☐	☐
I9. Blødt sæde	☐	☐	☐	I23. Fodstøtter, opslåelige og aftagelige	☐	☐	☐
I10. Komfortsæde	☐	☐	☐	I24. Stropryg	☐	☐	☐
I11. Hel siddepude	☐	☐	☐	I25. Sikkerhedsrem	☐	☐	☐
I12. ROHO protect-pude, trykaflastende	☐	☐	☐	I26. Hoftebælte	☐	☐	☐
I13. Komfortbeklædning	☐	☐	☐	I27. Brystbælte	☐	☐	☐
I14. Armlæns pude par	☐	☐	☐				

English

Clean
Clean 24"
Clean HRB

General

Thank you for choosing a shower chair from Etac.

In order to avoid injury during handling and use, please read through this manual first.

In the manual, the user is the person sitting in the chair. The assistant is the person operating the chair.

Clean is a mobile shower and toilet chair intended to make hygiene care easier for people with reduced mobility and their carers. It is designed for use in showers, with hand basins and over toilets, as well as for transport to and from the sanitary room. Every component of the chair is designed to make things easier for users and carers.

Clean can be used by people weighing a maximum of 130 kg.

Clean has been tested by a testing institute and complies with the requirements stated in EN ISO 10993-1 and SS EN 12182.



This product should be recycled as per national regulations.



This symbol appears in the manual along with text. It indicates instances where the safety of the user or the assistant may be at risk.



The images which are referred to on each page are found at the start of the manual (pages 3 to 7). See Figures A to J for the corresponding text.

Item list: ● = Applies to, ○ = Accessories

See the item list on the right which displays the information applicable to each product.

This manual covers the following products:

Clean	●
Clean 24"	●
Clean HRB (Height adjustable)	●

Product description & dimensions table

See Figure A

A1. Backrest **A2.** Armrest **A3.** Seat **A4.** Foot support **A5.** Castor wheel **A6.** Product label (warnings, CE-marking) **A7.** Item no label (serial no, production date)

A8. Rear wheel **A9.** User brake

A10. Height adjustment

Warranty / maintenance

See Figure B

5-year guarantee against material and manufacturing defects. For terms and conditions, see www.etac.com

Product lifetime:

Service life 7 years. For complete information regarding the service life of the product, see www.etac.com.

Maintenance:

To keep the chair in good and safe working order, you should regularly:

- Clean the chair with ordinary non-abrasive detergent. Rinse and dry.
- Keep the castors free of hair and soap deposits, etc.
- If your shower and toilet chair is not in perfect working order, contact your dealer.

Symbols



Safety

See Figure B



- Defective chairs must not be used.

Symbols

B3. Risk of pinching at armrest.

B4. Do not stand on the footrest, risk of tipping!

B5. Maximum user weight: 130 kg.

B6. Seating position affects the stability.

Transfers

See Figure C

Over a threshold:

C1. Chair only, push down on the wheel attachment.

C2. With occupant, pull the chair backwards.

In stationary position:

C3. Always lock as many castors as possible when the chair is to be used in a stationary position.

C4. Out-turned castors improve the chair's stability.

Transferring:

Assess the risks and take notes. You as a carer are responsible for the safety of the user. Aids should be used if the transfer is deemed as risky. Visit www.etac.com for manual transfer aids.

C3-C4. It is important to ensure that the castors are locked and pointing outward before carrying out transfers to and from Clean.

- Remove the armrest on the transfer side of the chair.

C5-C7. Carry out the transfer.

English

English			Clean	Clean 24"	Clean HRB
Armrest			See Figure D		
D1. The armrests are swing away and detachable.			●	●	●
D2. The armrests are lockable.					
Height adjustment			See Figure E		
E1-3. The height can be adjusted with ease by placing the screw in the required position.					●
 Check that all four castors are similarly adjusted, otherwise stability will be reduced.			 Do not use the chair if the wing nuts are loose.		
Footrest			See Figure F		
F1. The carer can easily push in the footrest with their foot.			●	●	●
F2. The footrest is detachable.			●	●	●
F3. The footrest has 4 different angle and height settings.			●	●	
F4. The footrest has 8 different angle and height settings.					●
F5. More adjustment options are available by moving the pin.					●
 Remove the pins once the footrest has been removed.			 When the chair is adjusted to a height of 47.5 cm, the lowest footrest position must not be used.		
Backrest upholstery			See Figure G		
			○	○	○
User brake			See Figure H		
			○	●	
Accessories			See Figure I		
The accessories section shows all the options that are available for your shower chair. Variations from standard can occur in different markets. Limitations in combinations of accessories may occur. For more information visit www.etac.com .					
See Figure I			Clean	Clean 24"	Clean HRB
I1. Pan			○	○	○
I2. Pan and lid with handle			○	○	○
I3. Lid with handle			○	○	○
I4. Disposable pan			○	○	○
I5. Pan holder			○	○	○
I6. Bucket holder			○	○	○
I7. Disposable pan holder			○	○	○
I8. Attachment for low mounting of pan/bucket			○	○	○
I9. Soft seat			○	○	○
I10. Comfort seat			○	○	○
I11. Comfort cushion			○	○	○
I12. ROHO protect cushion, pressure-relieving			○	○	○
I13. Comfort padding			○	○	○
I14. Armrest cushion, pair			○	○	○
See Figure I			Clean	Clean 24"	Clean HRB
I15. Soft back			○	○	○
I16. Trunk support			○	○	○
I17. Heightening spacers			○		
I18. Two 75 mm lockable castors			○		
I19. Rear wheel adaptor			○	●	
I20. Soap dish			○		○
I21. Crossbar			○	○	○
I22. Legrest, angle adjustable					○
I23. Foot support, foldable and detachable					○
I24. Backrest upholstery			○	○	○
I25. Safety belt			○	○	○
I26. Positioning belt			○	○	○
I27. Chest harness belt			○	○	○

Deutsch

Allgemeines

Vielen Dank, dass Sie sich für einen Duschstuhl von Etac entschieden haben.

Zur Vermeidung von Schäden bei der Handhabung und Verwendung lesen Sie diese Gebrauchsanweisung bitte aufmerksam durch.

Mit der als „Benutzer“ bezeichneten Person ist die Person gemeint, die auf dem Stuhl sitzt. Der „Helfer“ ist die Person, die den Stuhl bewegt.

Der Clean ist ein Dusch- und Toilettenstuhl zur Erleichterung der Hygienemaßnahmen bei Körperbehinderten. Er ist so konstruiert, dass er in der Dusche, vor dem Handwaschbecken oder über dem WC sowie zum Personentransport zum und vom Hygienebereich benutzt werden kann. Sämtliche Komponenten des Stuhls wurden zur Erleichterung für den Benutzer als auch für das Pflegepersonal entwickelt. Der Clean eignet sich für Personen mit einem Gewicht von bis zu 130 kg.

Clean wurde von Testinstituten getestet und erfüllt die Anforderungen aus EN ISO 10993-1 und SS EN 12182.



Dieses Produkt ist gemäß den vor Ort geltenden Vorschriften zu entsorgen.



Dieses Symbol ist in der Gebrauchsanweisung mit dazugehörigem Text zu finden. Es macht auf Punkte aufmerksam, bei denen die Sicherheit von Benutzer oder Helfer gefährdet werden kann.



Die Bilder, auf die auf allen Seiten Bezug genommen wird, befinden sich vorne im Handbuch (Seiten 3 bis 7). Siehe Abbildungen A bis J für den entsprechenden Text.

Teilleiste: ● = gilt für, ○ = Zubehör

Die Teilleiste rechts gibt die auf das jeweilige Produkt zutreffenden Informationen an.

Dieses Handbuch behandelt die folgenden Produkte:

Clean

Clean 24"

Clean HRB (Höhenverstellbar)

Produktbeschreibung & Tischabmessungen

Siehe Abbildung A

A1. Rückenlehne **A2.** Armlehnen **A3.** Sitz **A4.** Fußstütze **A5.** Lenkräder **A6.** Produktetikett (Hinweise, CE-Konformitätserklärung) **A7.** Artikelnummer (Seriennummer, Produktionsdatum)

A8. Antriebsräder **A9.** Benutzerbremse

A10. Höheneinstellung

Garantie / Wartung

Siehe Abbildung B

5 Jahre Garantie auf Material- und Fabrikationsfehler. Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie unter www.etac.com.

Produktlebensdauer:

Nutzdauer: 7 Jahre. Vollständige Informationen zur Nutzdauer des Produkts siehe www.etac.com.

Pflege:

Um Funktion und Sicherheit aufrecht zu erhalten, sollten Sie regelmäßig:

- Den Sitz mit normalem Reinigungsmittel ohne Scheuerzusatz reinigen. Abspülen und Trocknen.
- Die Rollen von Haaren und Seifenresten usw. frei halten.
- Wenn Ihr Hygienestuhl nicht in einwand freiem Zustand ist, sprechen Sie mit Ihrem Fachhändler.

Symbole

- B1.** Den Sitz mit normalem Reinigungsmittel ohne Scheuerzusatz reinigen. Abspülen und Trocknen.
B2. Das Produkt kann 3 Minuten lang bei 85 °C gereinigt werden.

Sicherheit

Siehe Abbildung B



- Defekte Stühle dürfen nicht verwendet werden.

Symbole

- B3.** Klemmgfähr bei der Armlehne.
B4. Nicht auf die Fußstütze steigen, Kippgefahr.
B5. Max. Benutzergewicht: 130 kg.
B6. Die Sitzposition beeinflusst die Stabilität.

Umsetzen

Siehe Abbildung C

Über eine Schwelle:

- C1.** Nur Stuhl, einen Fuß auf die Rollenbefestigung setzen.
C2. Mit Benutzer, den Stuhl rückwärts fahren.

Stillstehend:

- C3.** Wird der Stuhl stillstehend verwendet, stets so viele Rollen wie möglich verriegeln.
C4. Verriegelte Rollen erhöhen die Stabilität des Stuhls.

Umsetzen:

Bewerten Sie die Risiken und machen Sie entsprechende Notizen. Sie als Helfer sind für die Sicherheit des Patienten verantwortlich. Wird das Umsetzen als riskant eingestuft, sollten Hilfsmittel verwendet werden. Manuelle Umsetzhilfen finden Sie unter www.etac.com.

- C3-C4.** Die Lenkrollen müssen unbedingt verriegelt sein und nach außen zeigen, bevor ein Umsetzen zum oder vom Clean stattfinden kann.
 • Die Armlehne auf der Seite des Stuhls entfernen, an der das Umsetzen stattfinden soll.
C5-C7. Den Benutzer umsetzen.

Deutsch

Armlehne Siehe Abbildung D

D1. Die Armlehnen sind schwenk- und abnehmbar.

D2. Die Armlehnen sind verriegelbar.

Einstellung der Höhe Siehe Abbildung E

E1-3. Die Höhe lässt sich einfach einstellen, indem die Schraube in der gewünschten Höhe eingesetzt wird.



Stellen Sie sicher, dass alle vier Rollen gleich eingestellt sind, da ansonsten die Stabilität des Stuhls beeinträchtigt wird.



Benutzen Sie den Stuhl nicht, wenn die Flügelschrauben locker sind.

Fußstütze Siehe Abbildung F

F1. Der Betreuer kann die Fußstütze leicht mit dem Fuß einschieben.

F2. Die Fußstütze ist abnehmbar.

F3. Die Fußstütze ist auf vier unterschiedliche Winkel und Höhen einstellbar.

F4. Die Fußstütze ist auf acht unterschiedliche Winkel und Höhen einstellbar.

F5. Durch Verschieben des Zapfens werden weitere Einstellmöglichkeiten erhalten.



Entfernen Sie die Zapfen, wenn die Fußstütze abgenommen wurde.



Wenn der Stuhl auf eine Höhe von 47,5 cm eingestellt ist, darf die unterste Position der Fußstütze nicht verwendet werden.

Rückenlehnenpolsterung Siehe Abbildung G

Benutzerbremse Siehe Abbildung H

Zubehör Siehe Abbildung I

Im Abschnitt „Zubehör“ werden alle für den Duschstuhl erhältlichen Optionen aufgeführt. Auf unterschiedlichen Märkten sind möglicherweise Variationen von den Standardausführungen erhältlich. In Bezug auf Kombinationen von Zubehöriteilen liegen möglicherweise Einschränkungen vor. Weitere Informationen erhalten Sie auf www.etac.com.

Siehe Abbildung I		Clean	Clean 24"	Clean HRB	Siehe Abbildung I		Clean	Clean 24"	Clean HRB
I1.	Becken	☐	☐	☐	I15.	Weiches Rückenpolster	☐	☐	☐
I2.	Becken und Deckel mit Griff	☐	☐	☐	I16.	Transportträger	☐	☐	☐
I3.	Deckel mit Griff	☐	☐	☐	I17.	Abstandhalter zur Vergrößerung	☐		
I4.	Einwegbecken	☐	☐	☐	I18.	Zwei verriegelbare Lenkrollen (75 mm)	☐		
I5.	Beckenhalterung	☐	☐	☐	I19.	Hinterradadapter	☐	☒	
I6.	Eimerhalterung	☐	☐	☐	I20.	Seifenablage	☐		☐
I7.	Einwegbeckenhalterung	☐	☐	☐	I21.	Querstange	☐	☐	☐
I8.	Aufsätze für niedrige Befestigung von Becken/Eimer	☐	☐	☐	I22.	Beinstütze, Winkel einstellbar			☐
I9.	Weichsitz	☐	☐	☐	I23.	Fußstütze, zusammenlegbar und abnehmbar			☐
I10.	Komfortsitz	☐	☐	☐	I24.	Rückenlehnenpolsterung	☐	☐	☐
I11.	Einteiliges Kissen	☐	☐	☐	I25.	Sicherheitsgurt	☐	☐	☐
I12.	ROHO-Schutzkissen, druckentlastend	☐	☐	☐	I26.	Positionierungsgurt	☐	☐	☐
I13.	Komfortpolsterung	☐	☐	☐	I27.	Brustgeschirrgurt	☐	☐	☐
I14.	Armlehnenkissen, 2 Stück	☐	☐	☐					

Suomi

Yleistä

Kiitämme Etacin suihkutuolin valinnasta.

Lue tämä käyttöopas, jotta käsittelyn ja käytön aikana ei pääse syntymään vahinkoja.

Käyttäjällä tarkoitetaan käyttöoppaassa henkilöä, joka istuu tuolissa. Avustaja on henkilö, joka käsittelee tuolia.

Clean on suihku- ja wc-tuoli, joka on kehitetty helpottamaan liikuntarajoitteisten henkilöiden ja heidän hoitajiensa toimintaa kylpyhuoneessa. Se on suunniteltu käytettäväksi suihkun, pesuvadin tai wc-istuimen kanssa sekä liikkumiseen oleskelutilojen ja kylpyhuoneen välillä.

Clean soveltuu henkilöille, joiden paino on enintään 130 kg.

Clean on testattu tarkastuslaitoksessa ja se täyttää standardien EN ISO 10993-1, SS EN 12182 vaatimukset.



Tämä tuote tulee kierrättää käyttömaahan määräysten mukaisesti.



Käyttöoppaassa käytetään tätä symbolia tekstin yhteydessä. Se osoittaa kohtia, joissa käyttäjän tai avustajan turvallisuus voi olla vaarassa.



Käyttöohjeen alussa (sivu 3 - 7) ovat kuvat, joihin kussakin kappaleessa viitataan. Katso kuvat A - J vastaavan tekstikappaleen osalta.

Luettelo: ● = Koskee tuotetta, ○ = Lisävaruste

Katso oikealla olevalla listalla, mikä tieto koskee mitään tuotetta.

Tämä käyttöohje kattaa seuraavat tuotteet:

Clean	●
Clean 24"	●
Clean HRB (Säädettävä korkeus)	●

Tuotekuvaus & Mittataulukko

Katso kuva A

A1. Selkänoja **A2.** Käsinoja **A3.** Istuin **A4.** Jalkatuki **A5.** Kääntyvät pyörät **A6.** Tuotetarra (varoitukset, CE-merkintä) **A7.** Tuotenrotarra (sarjanro, valmistuspäivä)

A8. Kelausvanne **A9.** Käyttöjarru

A10. Korkeussäätö

Takuu / Huolto

Katso kuva B

5 vuoden takuu materiaali- ja valmistusvikojen osalta. Katso ehdot osoitteesta www.etac.com.

Tuotteen käyttöikä:

Käyttöikä 7 vuotta. Lisätietoja tuotteen käyttöiästä saa osoitteesta www.etac.com.

Kunnossapito:

Istuimen toimivuus ja turvallisuus on varmistettava säännöllisesti seuraavasti:

- Puhdista istuin tavallisilla puhdistusaineilla, jotka eivät sisällä hiovia ainesosia. Huuhtelee ja kuivaa.
- Pyörät on pidettävä puhtaina hiuksista ja saip puasta ym.
- Jos istuin ei toimi täysin moitteettomasti, ota yhteyttä apuvälinekeskukseen.

Symbolit

B1. Puhdista istuin tavallisilla puhdistusaineilla, jotka eivät sisällä hiovia ainesosia. Huuhtelee ja pyyhi kuivaksi.

B2. Tuote kestää 3 minuutin pesun 85 °C:n lämpötilassa.



Turvallisuus

Katso kuva B



- Viallista tuolia ei saa käyttää.

Symbolit

B3. Käsinojat saattavat aiheuttaa puristumisvaaran.

B4. Älä nouse jalkatukien päälle, kaatumisvaara.

B5. Suurin sallittu käyttäjäpaino: 130 kg.

B6. Istuma-asento vaikuttaa tasapainoon.

Siirtäminen:

Katso kuva C

Kynnyksen ylitys:

C1. Vain tuoli, aseta jalka pyöräkiinnittimelle.

C2. Myös käyttäjä, kuljeta tuoli takaperin.

Pysähdyk sissä:

C3. Lukitse aina mahdollisimman monta pyörää, kun tuolia käytetään pysähdyksissä.

C4. Sivulle käännetyt pyörät parantavat pyörän vakautta.

Siirtäminen istuimesta toiseen:

Tee riskiarviointi ja dokumentoi tiedot. Hoitajana olet vastuussa käyttäjän turvallisuudesta. Jos tilanne katsotaan riskialttiiksi, tulee käyttää apuvälineitä. Katso manuaalisen siirtämisen apuvälineitä osoitteesta www.etac.com

C3-C4. Ennen Cleaniin tai Cleanistä siirtämistä on varmistettava, että pyörät on lukittu ja säädetty ulospäin.

- Vapauta käsinoja, joka on siirtosuunnan puolella.

C5-C7. Tee siirto.

Suomi

Käsinojat Katso kuva D

D1. Käsinojat voidaan kääntää sivulle ja irrottaa.

D2. Käsinojat voidaan myös lukita.

Korkeuden säätö Katso kuva E

E1-3. Korkeutta voidaan säätää helposti sijoittamalla ruuvi haluttuun kohtaan.



Varmista, että kaikkien neljän pyörän säätö on sama, muuten pyörän vakausta heikkenee.



Älä käytä tuolia, jos siipimutterit ovat löysällä.

Jalkatuki Katso kuva F

F1. Hoitaja voi siirtää jalkatuen sivuun helposti jalallaan.

F2. Jalkatuki on irrotettava.

F3. Jalkatuen kallistusta voi muuttaa, ja sen voi asettaa 4 eri korkeudelle.

F4. Jalkatuen kallistusta voi muuttaa, ja sen voi asettaa 8 eri korkeudelle.

F5. Tappia siirtämällä jalkatukea voi säätää lisää.



Ota tapit pois, kun jalkatuki on irrotettu.



Kun tuoli on asetettu 47,5 cm:n korkeudelle, jalkatuen alin asento ei ole käytettävissä.

Selkänojan verhoilu Katso kuva GKäyttäjän jarru Katso kuva HLisävarusteet Katso kuva IKohdassa Lisävarusteet näet kaikki omalle hygieniatuolillesi sopivat lisävarusteet. Eri markkinoilla voi esiintyä muunnelmia vakiotuotteesta. Lisävarusteyhdistelmiä on rajoitettu, katso lisätietoja osoitteesta www.etac.com.

Katso kuva I	Clean	Clean 24"	Clean HRB	Katso kuva I	Clean	Clean 24"	Clean HRB
I1. Alusastia	☐	☐	☐	I15. Pehmeä selkänoja	☐	☐	☐
I2. Alusastia ja kansi kahvoineen	☐	☐	☐	I16. Vartalotuki	☐	☐	☐
I3. Kansi kahvoineen	☐	☐	☐	I17. Korotuspalikat	☐	☐	☐
I4. Kertakäyttöinen alusastia	☐	☐	☐	I18. Pyörät 75 mm 2 kpl lukittavia	☐	☐	☐
I5. Alusastian ohjaimet	☐	☐	☐	I19. Kuljetuspyöräadapteri	☐	☒	☐
I6. Sangon ohjaimet	☐	☐	☐	I20. Saippua-astia	☐	☐	☐
I7. Kertakäyttöisen alusastian ohjaimet	☐	☐	☐	I21. Poikkipuu	☐	☐	☐
I8. Lisävaruste alusastian/sangon ripustamiseen matalalle	☐	☐	☐	I22. Jalkatuki, kulma säädettävissä	☐	☐	☐
I9. Pehmeä istuin	☐	☐	☐	I23. Jalkatuet, ylös nostettavat ja irrotettavat	☐	☐	☐
I10. Mukava istuin	☐	☐	☐	I24. Selkänojan verhoilu	☐	☐	☐
I11. Kokonainen istuintyyppi	☐	☐	☐	I25. Turvahihna	☐	☐	☐
I12. ROHO protect -tyyny, painetta vähentävä	☐	☐	☐	I26. Lannevyö	☐	☐	☐
I13. Mukava kuori	☐	☐	☐	I27. Rintavyö	☐	☐	☐
I14. Käsinojen tynnyri	☐	☐	☐				

Français

Clean
Clean 24"
Clean HRB

Généralités

Félicitations pour votre choix d'un siège de douche Etac.

Lisez attentivement ce manuel afin d'éviter toute blessure lors de la manipulation et de l'utilisation de cet équipement.

Dans le manuel, l'utilisateur est la personne assise sur le siège. L'assistant est la personne qui manoeuvre le siège.

Clean est un siège de douche et de toilette destiné à faciliter les soins d'hygiène des personnes à la mobilité limitée. Il est conçu pour être utilisé dans la douche, près du lavabo ou sur le siège des toilettes ainsi que pour le transport vers et depuis la pièce de soins d'hygiène. Chaque élément du siège a été conçu pour le confort du patient et de l'aide-soignant. Clean peut être utilisé par des personnes pesant jusqu'à 130 kg.

Clean est testé par un institut d'essai et conforme aux exigences de EN ISO 10993-1, SS EN 12182.



Ce produit doit être recyclé conformément à la législation nationale.



Ce symbole apparaît dans le manuel accompagné d'un texte. Il signale des manipulations pouvant constituer un danger pour la sécurité de l'utilisateur ou de l'assistant.



Les images auxquelles il est fait référence à chaque page se trouvent au début du manuel (pages 3 à 7). Reportez-vous aux figures A à J pour le texte correspondant.

Liste des pièces : ● = s'applique à, ○ = accessoires

Consultez la liste des pièces à droite pour connaître les informations qui s'appliquent à chaque produit.

Ce manuel concerne les produits suivants :

Clean	●
Clean 24"	○
Clean HRB (Hauteur réglable)	●

Présentation du produit & Tableau des dimensions

Voir figure A

A1. Dossier **A2.** Accoudoir **A3.** Siège **A4.** Repose-pieds **A5.** Roulette **A6.** Étiquette du produit (avertissements, marquage CE) **A7.** Article sans étiquette (n° de série, date de production)

A8. Roue arrière **A9.** Frein utilisateur

A10. Réglage de la hauteur

Garantie / maintenance

Voir figure B

Garantie de 5 ans contre les défauts de fabrication et de matériaux. Pour accéder aux termes et conditions, rendez-vous sur www.etac.com

Durée de vie du produit:

Durée de vie 7 ans. Pour des informations détaillées sur la durée de vie du produit, consultez le site www.etac.com.

Entretien:

Pour maintenir un bon fonctionnement et une sécurité adéquate, il est recommandé de régulièrement :

- Nettoyer le siège avec des produits nettoyants ordinaires qui ne contiennent pas d'abrasifs. Rincer et sécher.
- Garder les roulettes exemptes de cheveux, dépôts de savon, etc.
- Si le siège hygiénique ne fonctionne pas bien, con tacter le revendeur du siège.

Symboles

B1. Nettoyer le siège avec des produits nettoyants ordinaires qui ne contiennent pas d'abrasifs. Rincer et sécher.

B2. Le produit peut être nettoyé à 85° pendant 3 minutes.

! Sécurité

Voir figure B



- N'utilisez pas de fauteuil défectueux.

Symboles

B3. Risque de pincement au niveau des appuis-bras.

B4. Ne pas se tenir debout sur le repose-pieds. Risque de basculement.

B5. Poids max. de l'utilisateur : 130 kg

B6. La position d'assise affecte la stabilité.

Transferts

Voir figure C

Pour franchir un seuil:

C1. Fauteuil seulement, à l'aide d'un pied, pousser sur les fixations de roulettes.

C2. Avec l'utilisateur, tirer le fauteuil vers l'arrière.

Immobile:

C3. Verrouillez toujours le plus de roulettes possible lorsque le fauteuil est utilisé en position immobile.

C4. Tourner les roulettes vers l'extérieur améliore la stabilité du fauteuil.

Transfert:

Évaluez les risques et prenez des notes. En tant que soignant, vous êtes responsable de la sécurité de l'utilisateur. Utilisez des systèmes d'aide si vous considérez que le transfert présente des risques. Rendez-vous sur le site www.etac.com pour découvrir nos aides au transfert manuel.

C3-C4. Il est important de s'assurer que les roulettes sont verrouillées et orientées vers l'extérieur avant de réaliser des transferts depuis ou vers Clean.

- Ôtez l'appui-bras sur le côté transfert du fauteuil.

C5-C7. Procédez au transfert.

Français

Appuis-bras

Voir figure D

D1. Les appuis-bras sont rabattables et amovibles.

D2. Les appuis-bras sont verrouillables.

Réglage de la hauteur

Voir figure E

E1-3. La hauteur peut être réglée facilement en plaçant la vis sur la position souhaitée.



Contrôler que les quatre roues sont réglées de la même manière afin de ne pas compromettre la stabilité du siège.



Ne pas utiliser le siège si les écrous à ailettes sont desserrés.

Repose-pieds

Voir figure F

F1. Le soignant peut facilement pousser le repose-pieds avec son pied.

F2. Le repose-pieds est amovible.

F3. Le repose-pieds comporte 4 positions de réglage de la hauteur et de l'angle.

F4. Le repose-pieds comporte 8 positions de réglage de la hauteur et de l'angle.

F5. De nombreuses possibilités de réglage sont possibles en déplaçant la cheville.



Retirer les chevilles quand le repose-pieds est retiré.



Ne pas utiliser la position la plus basse du repose-pieds quand le siège est réglé sur la hauteur 47,5 cm.

Rembourrage du dossier

Voir figure G

Frein utilisateur

Voir figure H

Accessoires

Voir figure I

La section dédiée aux accessoires indique toutes les options disponibles pour votre chaise de douche. Des écarts par rapport à la version standard peuvent être constatés selon les marchés. Les combinaisons d'accessoires peuvent être limitées. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.etac.com.

Voir figure I				Voir figure I			
	Clean	Clean 24"	Clean HRB		Clean	Clean 24"	Clean HRB
I1. Bassin	☐	☐	☐	I15. Dossier souple	☐	☐	☐
I2. Bassin et couvercle avec anse	☐	☐	☐	I16. Soutien du tronc	☐	☐	☐
I3. Couvercle avec anse	☐	☐	☐	I17. Cales de surélévation	☐	☐	☐
I4. Bassin jetable	☐	☐	☐	I18. Deux roulettes verrouillables de 75 mm	☐	☐	☐
I5. Glissière pour bassin	☐	☐	☐	I19. Adaptateur de roue arrière	☐	☒	☐
I6. Support pour baquet	☐	☐	☐	I20. Porte-savon	☐	☐	☐
I7. Support jetable pour bassin	☐	☐	☐	I21. Barre transversale	☐	☐	☐
I8. Attaches pour bassin/baquet de faible encombrement	☐	☐	☐	I22. Repose-jambes, réglable	☐	☐	☐
I9. Siège souple	☐	☐	☐	I23. Repose-pied, pliable et amovible	☐	☐	☐
I10. Siège Comfort	☐	☐	☐	I24. Rembourrage du dossier	☐	☐	☐
I11. Coussin entier	☐	☐	☐	I25. Ceinture de sécurité	☐	☐	☐
I12. Coussin de protection ROHO, limitation de pression	☐	☐	☐	I26. Ceinture de positionnement	☐	☐	☐
I13. Rembourrage Comfort	☐	☐	☐	I27. Ceinture pectorale	☐	☐	☐
I14. Coussin d'appui-bras, paire	☐	☐	☐				

Nederland

Clean
Clean 24"
Clean HRB

Algemeen

Hartelijk dank voor uw keuze voor een douchestoel van Etac.

Om beschadigingen tijdens hantering en gebruik te voorkomen, moet u deze handleiding doorlezen.

In de handleiding is de Gebruiker de persoon die in de stoel zit. De Helper is de persoon die de stoel bedient.

Clean is een douche- en toiletstoel om de persoonlijke hygiëne te vereenvoudigen voor personen met een verminderde mobiliteit. De stoel is gemaakt voor gebruik in de douche, bij de wastafel of boven het toilet en voor het transport van en naar de toilet- en/of douche-ruimte. Ieder onderdeel van de stoel is gemaakt om het de gebruiker en de verzorger te vergemakkelijken. Clean kan worden gebruikt door personen die max. 130 kg wegen.

Clean is getest door testinstituten en voldoet aan de eisen conform EN ISO 10993-1, SS EN 12182.



Dit product moet worden gerecycled volgens nationale bepalingen.



Dit symbool komt in de handleiding voor in combinatie met tekst. Het benadrukt momenten waarop de veiligheid van de gebruiker of de helper in het geding kan komen.



De afbeeldingen waarnaar op elke pagina wordt verwezen, staan aan het begin van de handleiding (pagina's 3 tot en met 7). Zie afbeeldingen A tot en met J voor de bijbehorende tekst.

Lijst met artikelen: ● = van toepassing op, ○ = accessoires
Zie de lijst met artikelen rechts; hierin staat alle informatie die van toepassing is op elk product.

In deze handleiding worden de volgende producten beschreven:

Clean	●		
Clean 24"		●	
Clean HRB (In hoogte verstelbaar)			●

Productbeschrijving & tabel met afmetingen

Zie figuur A

A1. Rugleuning **A2.** Armsteun **A3.** Zitting **A4.** Voetsteun **A5.** Zwenkwiel **A6.** Productlabel (waarschuwingen, CE-markering) **A7.** Label met artikelnr. (serienr., productiedatum)

A8. Achterwiel **A9.** Rem voor de gebruiker

A10. Hoogte-instelling

Garantie / onderhoud

Zie figuur B

5 jaar garantie tegen materiaal- en fabricagefouten. Ga naar www.etac.com voor de voorwaarden

Productlevensduur:

Levensduur 7 jaar. U vindt alle informatie over de levensduur van het product op www.etac.com.

Onderhoud:

Om de functie en veiligheid te behouden, dient u regelmatig:

- De stoel schoon te maken met een normaal reinigingsmiddel zonder schuurmiddel. Afspoelen en drogen.
- Haren en zeepresten enz. uit de wielen te verwijzen.
- Indien uw douche- en toiletstoel niet naar behoren functioneert, dient u contact op te nemen met de voorschrijvende instantie.

Symbolen

- B1.** Maak de stoel schoon met een normaal reinigingsmiddel zonder schuurmiddel. Afspoelen en drogen.
- B2.** Het product is bestand tegen schoonmaken op 85°C gedurende 3 min.

! Veiligheid

Zie figuur B



- Gebruik een defecte stoel niet.

Symbolen

- B3.** Risico van beknelling bij de armleuning.
- B4.** Ga niet op de voetsteun staan, risico van kantelen.
- B5.** Max. gewicht gebruiker: 130 kg.
- B6.** De positie van de zitting heeft invloed op de stabiliteit.

Verplaatsen

Zie figuur C

Over een drempel:

- C1.** Alleen de stoel, zet een voet op de wielbevestiging.
- C2.** Met gebruiker, rij de stoel achteruit.

Stilstaand:

- C3.** Vergrendel steeds zo veel mogelijk zwenkwieken wanneer de stoel stilstaand wordt gebruikt.
- C4.** De stoel staat stabiel wanneer de zwenkwieken naar buiten zijn gedraaid.

Verplaatsen:

Evalueer de risico's en maak notities. Als verzorger bent u verantwoordelijk voor de veiligheid van de gebruiker. Gebruik hulpmiddelen als het verplaatsen als gevaarlijk wordt beschouwd. Ga naar www.etac.com voor handmatige hulpmiddelen voor het verplaatsen.

C3-C4. Het is belangrijk dat de zwenkwieken worden vergrendeld en naar buiten wijzen voordat u de gebruiker op en van de Clean helpt.

- Verwijder de armsteun aan de kant waar de gebruiker in of uit de stoel wordt verplaatst.

C5-C7. Voer de verplaatsing uit.

Nederland

ArMLEuning Zie figuur D

D1. De arMLEuningen zijn draaibaar en afneembaar.

D2. De arMLEuningen kunnen worden vastgezet.

Hoogteinstelling Zie figuur E

E1-3. De hoogte wordt eenvoudig geregeld door de schroef in de gewenste stand te plaatsen.



Controleer of alle vier de wielen gelijk zijn afgesteld, anders verslechtert de stabiliteit.



Gebruik de stoel niet als de vleugelmoeren los zitten.

Voetensteun Zie figuur F

F1. De verzorger kan de voetensteun gemakkelijk met zijn/haar voet inschuiven.

F2. De voetensteun is afneembaar.

F3. De hoek en de hoogte van de voetensteun kunnen worden ingesteld op 4 standen.

F4. De hoek en de hoogte van de voetensteun kunnen worden ingesteld op 8 standen.

F5. Door de pen te verplaatsen, krijgt u meer instelmogelijkheden.



Verwijder de pennen wanneer de voetensteun is weggehaald.



Wanneer de stoel staat ingesteld op hoogte 47,5 cm dient de onderste stand van de voetensteun niet te worden gebruikt.

Rugbekleding Zie figuur G

Rem voor de gebruiker Zie figuur H

Toebereiden Zie figuur I

In het deel met accessoires vindt u alle mogelijke opties voor uw douchestoel. Er kunnen zich verschillen voordoen. Er kunnen ook beperkingen in combinaties van accessoires gelden. Ga voor meer informatie naar www.etac.com.

Zie figuur I		Clean	Clean 24"	Clean HRB	Zie figuur I		Clean	Clean 24"	Clean HRB
I1.	Toiletemmer	☐	☐	☐	I15.	Zachte rugleuning	☐	☐	☐
I2.	Toiletemmer en deksel met handvat	☐	☐	☐	I16.	Rompsteun	☐	☐	☐
I3.	Deksel met handvat	☐	☐	☐	I17.	Afstandsstukken voor hoogte-instelling	☐	☐	☐
I4.	Wegwerptoiletemmer	☐	☐	☐	I18.	Twee vergrendelbare zwenkwielen van 75 mm	☐	☐	☐
I5.	Toiletemmerhouder	☐	☐	☐	I19.	Adapter achterwiel	☐	☒	☐
I6.	Emmerhouder	☐	☐	☐	I20.	Zeepbakje	☐	☐	☐
I7.	Wegwerptoiletemmerhouder	☐	☐	☐	I21.	Dwarsbalk	☐	☐	☐
I8.	Verlengstuk voor verlaagde ophanging van toiletemmer/emmer	☐	☐	☐	I22.	Beensteun, met verstelbare hoek	☐	☐	☐
I9.	Zachte zitting	☐	☐	☐	I23.	Voetsteun, inklapbaar en afneembaar	☐	☐	☐
I10.	Comfortzitting	☐	☐	☐	I24.	Rugbekleding	☐	☐	☐
I11.	Eendelig kussen	☐	☐	☐	I25.	Veiligheidsriem	☐	☐	☐
I12.	ROHO-beschermkussen, drukverlichtend	☐	☐	☐	I26.	Positioneringsband	☐	☐	☐
I13.	Comfort polstering	☐	☐	☐	I27.	Borstgordel	☐	☐	☐
I14.	Armsteunkussen, per twee	☐	☐	☐					

Italiano

Clean
Clean 24"
Clean HRB

Informazioni generali

Congratulazioni per aver scelto una sedia da doccia Etac.

Leggere attentamente il presente manuale per evitare danni in sede di movimentazione e utilizzo.

Nel manuale, con il termine Utente si intende la persona che siede sulla sedia. L'Assistente è invece la persona che manovra la sedia.

Clean è una carrozzina per doccia e toilette progettata per semplificare le operazioni di igiene personale per i soggetti con ridotta capacità motoria. Può essere utilizzata nella doccia, presso il lavandino o sulla toilette nonché per il trasporto al/dal bagno. Ogni componente della carrozzina è sviluppato per semplificare le operazioni sia per i pazienti che per i loro infermieri. Clean può essere utilizzata da pazienti di peso max 130 kg.

Clean è testata da istituti di prova autorizzati ed è conforme ai requisiti delle norme EN ISO 10993-1 e SS EN 12182.



Questo prodotto deve essere riciclato come previsto dalle norme nazionali.



Questo simbolo appare nel manuale insieme a un testo esplicativo. Indica un'operazione che può mettere a repentaglio la sicurezza dell'utente o dell'assistente.



Le immagini a cui si fa riferimento in ciascuna pagina si trovano all'inizio del manuale (pagine da 3 a 7). Vedere le Figure da A a J per il testo corrispondente.

Elenco dei componenti: ● = Si applica a, ○ = Accessori
Vedere l'elenco dei componenti a destra contenente le informazioni relative a ciascun prodotto.

Questo manuale riguarda i seguenti prodotti:

Clean	●
Clean 24"	●
Clean HRB (Altezza regolabile)	●

Descrizione del prodotto & tabella delle dimensioni

Vedere Figura A

A1. Schienale **A2.** Bracciolo **A3.** Sedile **A4.** Supporto piedi **A5.** Ruota orientabile **A6.** Etichetta prodotto (avvertenze, marcatura CE) **A7.** Etichetta n. articolo (n. di serie, data di produzione)

A8. Ruota posteriore **A9.** Freno dell'utente

A10. Regolazione dell'altezza

Garanzia / manutenzione

Vedere Figura B

5 anni di garanzia per eventuali difetti del materiale o di fabbricazione. Per termini e condizioni, consultare il sito www.etac.com

Durata del prodotto:

Durata utile 7 anni. Per informazioni più complete sulla durata del prodotto, consultare www.etac.com.

Manutenzione:

Per garantire un funzionamento corretto e la massima sicurezza, eseguire regolarmente le seguenti operazioni:

- Pulire la carrozzina con un normale detergente non corrosivo. Risciacquare e asciugare.
- Mantenere le ruote pulite rimuovendo capelli, depositi di sapone ecc.
- Se la carrozzina non funziona come previsto, contattare il centro di assistenza.

Simboli

B1. Pulire la carrozzina con un normale detergente non corrosivo.

Risciacquare e asciugare.

B2. Il prodotto può essere lavato a 85 °C per 3 minuti.

Sicurezza

Vedere Figura B



- Non utilizzare una sedia difettosa.

Simboli

B3. Rischio di schiacciamento in corrispondenza del bracciolo.

B4. Non salire sul poggiatesta, rischio di ribaltamento.

B5. Peso max del paziente: 130 kg.

B6. La posizione della seduta influenza la stabilità.

Trasferimenti

Vedere Figura C

Attraverso le porte:

C1. Sedia vuota, appoggiare un piede sul dispositivo di attacco della ruota.

C2. Con il paziente, tirare la sedia all'indietro.

Da ferma:

C3. Bloccare sempre quante più ruote possibile quando la sedia viene utilizzata in posizione stazionaria.

C4. Girare le ruote verso l'esterno migliora la stabilità della sedia.

Trasferimento:

Valutare i rischi e prendere appunti. In quanto assistenti personali, siete responsabili della sicurezza dell'utente. È necessario ricorrere ad ausili se il trasferimento è ritenuto rischioso. Consultate il sito www.etac.com per gli ausili di trasferimento manuale.

C3-C4. È importante assicurarsi che le rotelle siano bloccate e rivolte in fuori prima di eseguire trasferimenti verso e da Clean.

- Rimuovere il bracciolo del lato di trasferimento.

C5-C7. Eseguire il trasferimento.

Italiano

Bracciolo Vedere Figura D

D1. Il bracciolo può essere ruotato e rimosso.

D2. Il bracciolo può essere fissato.

Regolazione in altezza Vedere Figura E

E1-3. L'altezza si regola facilmente inserendo la vite nella posizione desiderata.



Controllare che tutte e quattro le ruote siano regolate allo stesso modo per non compromettere la stabilità.



Non utilizzare la carrozzina se i dadi ad alette sono allentati.

Poggiatesta Vedere Figura F

F1. L'infermiere può richiudere il poggiatesta facilmente con un piede.

F2. Il poggiatesta è amovibile.

F3. Il poggiatesta può essere angolato e regolato in altezza in 4 posizioni.

F4. Il poggiatesta può essere angolato e regolato in altezza in 8 posizioni.

F5. Spostando il perno si ottengono ulteriori possibilità di regolazione.



Togliere i perni quando il poggiatesta è rimosso.



Quando la carrozzina è impostata su un'altezza di 47,5 cm non è consentito regolare il poggiatesta sulla posizione inferiore.

Rivestimento dello schienale Vedere Figura GFreno dell'utente Vedere Figura HAccessori Vedere Figura ILa sezione accessori mostra tutte le opzioni disponibili per la vostra sedia da doccia. Variazioni dallo standard possono verificarsi in alcuni mercati. Possono verificarsi limitazioni nelle combinazioni di accessori. Visitare www.etac.com per ulteriori informazioni.

Vedere Figura I		Clean	Clean 24"	Clean HRB	Vedere Figura I		Clean	Clean 24"	Clean HRB
I11.	Padella	○	○	○	I15.	Schienale morbido	○	○	○
I12.	Padella e coperchio con maniglia	○	○	○	I16.	Supporto per il tronco	○	○	○
I13.	Coperchio con maniglia	○	○	○	I17.	Rialzi	○		
I14.	Padella monouso	○	○	○	I18.	Due rotelle bloccabili da 75 mm	○		
I15.	Supporto per padella	○	○	○	I19.	Adattatore ruota posteriore	○	●	
I16.	Supporto per secchio	○	○	○	I20.	Porta sapone	○		○
I17.	Soppoerto per padella monouso	○	○	○	I21.	Sbarra	○	○	○
I18.	Aggancio per per montaggio inferiore di padella/secchio	○		○	I22.	Poggiagambe, inclinazione regolabile			○
I19.	Seduta morbida	○	○	○	I23.	Supporto piedi, pieghevole e staccabile			○
I110.	Sedile comfort	○	○	○	I24.	Rivestimento dello schienale	○	○	○
I111.	Cuscino unico	○	○	○	I25.	Cintura di sicurezza	○	○	○
I112.	Cuscino ROHO per la riduzione della pressione	○	○	○	I26.	Cintura di posizionamento	○	○	○
I113.	Imbottitura comfort	○	○	○	I27.	Cintura pettorale	○	○	○
I114.	Braccioli imbottiti, paio	○	○	○					

Español

Clean
Clean 24"
Clean HRB

Recomendaciones generales

Gracias por elegir una silla de ducha de Etac.

Para evitar daños durante el manejo y el uso del producto debe leerse detenidamente este manual.

En el manual, el "usuario" es la persona que está sentada en la silla. El "asistente" es la persona que maniobra la silla.

Clean es una silla de ducha y aseo para facilitar la higiene de personas con discapacidades de movimiento. Está diseñada para usar en la ducha, en el lavabo o sobre la taza del wáter, así como para el transporte hacia y desde la sala de higiene. Cada detalle de la silla tiene la finalidad de facilitar el empleo por los usuarios y el personal de asistencia.

Clean puede ser utilizada por personas con un peso máximo de 130 kg.

Clean ha sido probada en institutos de ensayos y cumple los requisitos según EN ISO 10993-1, SS EN 12182.



Este producto debe reciclarse de acuerdo con los reglamentos nacionales.



Este símbolo aparece en el manual junto con texto y es para advertir sobre momentos donde la seguridad del usuario o del asistente puede verse comprometida.



Las imágenes a las que se hace referencia en cada página se encuentran al principio del manual (páginas de la 3 a la 7). Consulte las figuras de la A a la J para ver el texto correspondiente.

Lista de elementos: ● = Se aplica a, ○ = Accesorios

Consulte la lista de elementos de la derecha, donde se muestra la información correspondiente a cada producto.

Este manual incluye información acerca de los siguientes productos:

Clean	●
Clean 24"	●
Clean HRB (Ajustable en altura)	●

Descripción del producto & tabla de dimensiones

Consulte la imagen A

A1. Respaldo **A2.** Reposabrazos **A3.** Asiento **A4.** Reposapiés **A5.** Rueda giratoria **A6.** Etiqueta del producto (advertencias, marcado CE) **A7.** Etiqueta con el n.º de producto (n.º de serie, fecha de producción)

A8. Rueda trasera **A9.** Freno del usuario

A10. Ajuste de altura

Garantía / mantenimiento

Consulte la imagen B

Garantía de 5 años por defectos de materiales y fabricación. Consulte las condiciones en www.etac.com

Vida útil:

Vida útil de 7 años. Para obtener más información sobre la vida útil del producto, consulte www.etac.com.

Mantenimiento:

Tareas que deben efectuarse regularmente para mantener el funcionamiento y la seguridad del producto:

- Limpiar la silla con un limpiador sin abrasivos. Aclarar y secar.
- Mantener las ruedas libres de pelos y restos de jabón, etc.
- Si la silla de higiene no funciona de forma satisfactoria, ponerse en contacto con el responsable que la prescribió.

Símbolos

- B1.** Limpiar la silla con un limpiador común sin abrasivos. Aclarar y secar.
- B2.** El producto resiste una limpieza a 85° durante 3 minutos.

Seguridad

Consulte la imagen B



- No utilice las sillas defectuosas.

Símbolos

- B3.** Riesgo de aprisionamientos en el reposabrazos.
- B4.** No trepar al reposapiés, riesgo de vuelco.
- B5.** Peso máximo del usuario: 130 kg.
- B6.** La posición en el asiento afecta a la estabilidad.

Traslados

Consulte la imagen C

Para salvar pequeños obstáculos:

C1. Solamente la silla: poner un pie sobre la fijación de ruedas.

C2. Con usuario: conducir la silla hacia atrás.

Silla parada:

C3. Bloquee siempre el mayor número de ruedas posible cuando la silla vaya a utilizarse en posición fija.

C4. Las ruedas giradas hacia fuera mejoran la estabilidad de la silla.

Traslado:

Evalúe los riesgos y tome notas de los mismos. Como asistente, usted es responsable de la seguridad del usuario. Se deben utilizar dispositivos de ayuda en el caso de que el traslado se considere arriesgado. Visite www.etac.com para obtener información acerca de las ayudas manuales para traslados.

C3-C4. Es importante asegurarse de que las ruedas están bloqueadas y orientadas hacia fuera antes de llevar a cabo cualquier traslado hacia o desde la silla Clean.

- Retire el reposabrazos del lado de traslado de la silla.

C5-C7. Realice el traslado.

Español

Reposabrazos Consulte la imagen D

D1-2. Los reposabrazos son oscilantes y desmontables, y se pueden bloquear.

Regulación de altura Consulte la imagen E

E1-3. La altura puede regularse fácilmente colocando el tornillo en la posición deseada.



Controlar que las cuatro ruedas estén ajustadas de la misma manera, de lo contrario empeora la estabilidad.



No utilizar la silla si las tuercas de mariposa están flojas.

Reposapiés Consulte la imagen F

F1. El cuidador introduce fácilmente el reposapiés empujándolo con el pie.

F2. El reposapiés es desmontable.

F3. El reposapiés es regulable en inclinación y en altura en 4 posiciones.

F4. El reposapiés es regulable en inclinación y en altura en 8 posiciones.

F5. Si se cambian de posición los pasadores se obtienen más posibilidades de ajuste.



Retirar los pasadores cuando el reposapiés está desmontado.



Cuando la silla esté ajustada a una altura de 47,5 cm no debe utilizarse la posición inferior del reposapiés.

Tapizado del respaldo Consulte la imagen G

Freno del usuario Consulte la imagen H

Accesorios Consulte la imagen I

En la sección de accesorios podrá ver toda las opciones disponibles para la silla de ducha. Puede haber variaciones respecto al producto estándar en función de los diferentes mercados. Puede haber limitaciones en las combinaciones de accesorios. Para obtener más información, visite www.etac.com.

Consulte la imagen I			Clean	Clean 24"	Clean HRB	Consulte la imagen I			Clean	Clean 24"	Clean HRB
11.	Cuña		○	○	○	115.	Respaldo acolchado		○	○	○
12.	Cuña y tapa con asa		○	○	○	116.	Soporte para el tronco		○	○	○
13.	Tapa con asa		○	○	○	117.	Separadores de refuerzo		○		
14.	Cuña desechable		○	○	○	118.	Dos ruedas de 75 mm con dispositivo de bloqueo		○		
15.	Guía para cuña		○	○	○	119.	Adaptador para rueda trasera		○	●	
16.	Soporte del cubo		○	○	○	120.	Soporte para jabón		○		○
17.	Guía de cuña desechable		○	○	○	121.	Travesaño		○	○	○
18.	Accesorio para montaje bajo de la cuña/cubo		○	○	○	122.	Reposapiernas, ángulo ajustable				○
19.	Asiento acolchado		○	○	○	123.	Reposapiés, plegable y desmontable				○
110.	Asiento confort		○	○	○	124.	Tapizado del respaldo		○	○	○
111.	Cojín en una sola pieza		○	○	○	125.	Cinturón de seguridad		○	○	○
112.	Cojín de protección ROHO que alivia la presión		○	○	○	126.	Cinturón de colocación		○	○	○
113.	Acolchado confort		○	○	○	127.	Cinturón de arnés pectoral		○	○	○
114.	Cojín para reposabrazos, par		○	○	○						

Português

Clean
Clean 24"
Clean HRB

Generalidades

Agradecemos a sua escolha da cadeira de banho Etac.

Para evitar ferimentos durante o manuseamento e a utilização, leia primeiro este manual.

No manual, o utilizador é a pessoa que está sentada na cadeira. O assistente é a pessoa que opera a cadeira.

A Clean é uma cadeira de banho e sanitária destinada a facilitar os cuidados de higiene às pessoas com mobilidade reduzida e aos seus assistentes. Foi concebida para ser utilizada em chuveiros, com lavatórios e sobre sanitas, bem como para o transporte de e para a casa de banho. Cada componente da cadeira foi concebido para tornar as coisas mais fáceis para os utilizadores e prestadores de cuidados.

A Clean pode ser utilizada por pessoas com um peso máximo de 130 kg.

A Clean foi testada por um instituto de testes e cumpre os requisitos das normas EN ISO 10993-1 e SS EN 12182.



Este produto deve ser reciclado de acordo com os regulamentos nacionais.



Este símbolo aparece no manual juntamente com um texto. Indica circunstâncias em que a segurança do utilizador ou do assistente pode estar em risco.



As imagens às quais se faz referência em cada página, encontram-se no início do manual (páginas 3 a 7). Ver figuras A a J para o texto correspondente.

Lista de itens: ● = Aplica-se a, ○ = Acessórios
Consulte a lista de itens à direita, que mostra as informações aplicáveis a cada produto.

Este manual abrange os seguintes produtos:

Clean	●		
Clean 24"		●	
Clean HRB (Altura ajustável)			●

Descrição do produto & Tabela de dimensões

Ver figura A

A1. Costas **A2.** Apoio para os braços **A3.** Assento **A4.** Apoio de pés **A5.** Rodízio **A6.** Etiqueta de produto (avisos, marca CE) **A7.** Etiqueta de n.º de produto (n.º de série, data de produção)

A8. Roda traseira **A9.** Travão do utilizador

A10. Ajuste da altura

Garantia/manutenção

Ver figura B

5 anos de garantia para defeitos materiais e de fabrico. Para termos e condições, consulte o site www.etac.com

Vida útil do produto:

Vida útil de 7 anos. Para obter a informação completa sobre a vida útil do produto, consulte www.etac.com.

Manutenção:

Para manter a cadeira em boas condições de funcionamento e de segurança, proceda da seguinte forma com regularidade:

- Limpe a cadeira com detergente não abrasivo comum. Passe por água e seque.
- Mantenha as rodas livres de cabelos e depósitos de sabão, etc. Se a cadeira de banho e sanitária não estiver em perfeitas condições de funcionamento, entre em contacto com o revendedor.

Símbolos

B1. Limpe a cadeira com detergente não abrasivo comum. Passe por água e seque.

B2. O produto pode ser limpo a 85° durante 3 minutos.



Segurança

Ver figura B



- As cadeiras defeituosas não devem ser utilizadas.

Símbolos

B3. Risco de entalamento no apoio para os braços.

B4. Não se ponha de pé sobre o apoio para os pés. Risco de queda por desequilíbrio!

B5. Peso máximo do utilizador: 130 kg.

B6. A posição em que o utilizador se senta afeta a estabilidade.

Transferências

Ver figura C

Passar uma soleira:

C1. Apenas com a cadeira, faça pressão para baixo na fixação das rodas.

C2. Com o ocupante, puxe a cadeira para trás.

Em posição imóvel:

C3. Bloqueie sempre tantas rodas quanto possível, quando a cadeira é utilizada numa posição imóvel.

C4. As rodas viradas para fora melhoram a estabilidade da cadeira.

Transferência:

Avalie os riscos e tome notas. Enquanto prestador de cuidados, é responsável pela segurança do utilizador. Se a transferência for considerada perigosa, deverão ser utilizadas ajudas. Consulte o site www.etac.com para ajudas de transferência manual.

C3-C4. Antes de efetuar transferências para e a partir da cadeira Clean, é importante assegurar que as rodas estão bloqueadas e apontadas para fora.

- Retire o apoio para o braço do lado de transferência da cadeira.

C5-C7. Efetue a transferência.

Português

Apoio para o braço

Ver figura D

D1. Os apoios para os braços são giratórios e amovíveis.**D2.** Os apoios para os braços são bloqueáveis.

Ajuste da altura

Ver figura E

E1-E3. A altura pode ser ajustada facilmente, colocando o parafuso na posição pretendida.

Certifique-se de que as quatro rodas são ajustadas da mesma forma, caso contrário, a estabilidade será reduzida.



Não utilize a cadeira se as porcas de orelhas estiverem soltas.

Apoio para os pés

Ver figura F

F1. Prestador de cuidados pode empurrar apoio para os pés facilmente para dentro com o pé.**F2.** O apoio para os pés é amovível.**F3.** O apoio para os pés tem 4 posições diferentes para o ângulo e a altura.**F4.** O apoio para os pés tem 8 posições diferentes para o ângulo e a altura.**F5.** Movendo o pino, estão disponíveis mais opções de ajuste.

Retire os pinos depois de remover o apoio para os pés.



Quando a cadeira é ajustada para uma altura de 47,5 cm, não deve ser utilizada a posição mais baixa do apoio para os pés.

Revestimento do apoio para as costas

Ver figura G

Travão do utilizador

Ver figura H

Acessórios

Ver figura I

A secção de acessórios mostra todas as opções disponíveis para a cadeira de banho. Poderão ocorrer variações do padrão nos diferentes mercados. Poderão existir limitações nas combinações de acessórios. Para mais informações, consulte o site www.etac.com.

Ver figura I		Clean	Clean 24"	Clean HRB	Ver figura I		Clean	Clean 24"	Clean HRB
I11.	Arrastadeira	○	○	○	I15.	Encosto macio	○	○	○
I12.	Arrastadeira e tampa com pega	○	○	○	I16.	Apoio para o tronco	○	○	○
I13.	Tampa com pega	○	○	○	I17.	Espaçadores de elevação	○		
I14.	Arrastadeira descartável	○	○	○	I18.	Duas rodas bloqueáveis de 75 mm	○		
I15.	Suporte de arrastadeira	○	○	○	I19.	Adaptador de roda traseira	○	●	
I16.	Suporte de balde	○	○	○	I20.	Saboneteira	○		○
I17.	Suporte de arrastadeira descartável	○	○	○	I21.	Barra transversal	○	○	○
I18.	Acessório para montagem rebaixada da arrastadeira/ do balde	○		○	I22.	Apoio para as pernas, ângulo ajustável			○
I19.	Assento macio	○	○	○	I23.	Apoio para os pés, dobrável e amovível			○
I110.	Assento conforto	○	○	○	I24.	Revestimento do apoio para as costas	○	○	○
I111.	Almofada de uma só peça	○	○	○	I25.	Cinto de segurança	○	○	○
I112.	Almofada de proteção ROHO, para alívio de pressão	○	○	○	I26.	Cinta de posicionamento	○	○	○
I113.	Revestimento conforto	○	○	○	I27.	Cinta de arnês de peito	○	○	○
I114.	Revestimento do apoio para o braço, par	○	○	○					

اللغة العربية

نظرة عامة

يظهر هذا الرمز في الدليل مع النص. يشير إلى حالات قد تكون فيها سلامة المستخدم أو المساعد في خطر.



يمكنك العثور على الصور المشار إليها في كل صفحة من الصفحات الموجودة في بداية الدليل (الصفحات من 3 إلى 7). انظر إلى الأشكال من A إلى J للنص المقابل.



قائمة العناصر: ● = تنطبق على، ○ = الملحقات
انظر إلى قائمة العناصر الموجودة على الجانب الأيمن والتي تعرض المعلومات التي تنطبق على كل منتج.

يغطي هذا الدليل المنتجات التالية:

شكرا لك لاختيار كرسي الاستحمام من شركة Etac. من أجل تجنب الإصابة أثناء التوجيه والاستخدام، يرجى قراءة هذا الدليل أولاً. في الدليل، يكون المستخدم هو الشخص الذي يجلس على الكرسي. المساعد هو الشخص الذي يدير الكرسي.

يعتبر Clean كرسيًا متحركًا لتسهيل الاستحمام واستخدام المراض حيث إنه مخصص لجعل الرعاية الصحية أكثر سهولة بالنسبة إلى الأشخاص الذين يعانون من صعوبة في الحركة ولمقدمي الرعاية لهم. وهو مصمم للاستخدام أثناء الاستحمام، وأثناء استخدام أحواض اليد والمراحيض، وكذلك للانتقال من وإلى دورة المياه. صُمم كل جزء من الكرسي لتسهيل الأمور على المستخدمين ومقدمي الرعاية. يمكن استخدام كرسي Clean من قبل الأشخاص الذين يزنون بحد أقصى 130 كجم. اختبرت مؤسسة اختبار كرسي Clean حيث استوفى الشروط الواردة في كل من SS EN 12182 و EN ISO 10993-1.

يجب إعادة تدوير هذا المنتج وفقاً للوائح الوطنية.



انظر الشكل A

جدول أوصاف المنتج والأبعاد

A1. مسند الظهر **A2.** مسند الذراع **A3.** مقعد **A4.** مسند للقدمين **A5.** عجلة للتحريك **A6.** ملصق المنتج (التحذيرات، علامة CE) **A7.** ملصق رقم العنصر (رقم المسلسل، تاريخ الإنتاج)

A8. العجلة الخلفية **A9.** فرامل التوقف الخاصة بالمستخدم

A10. تعديل الارتفاع

الضمان/الصيانة

انظر الشكل B

الرموز
B1. نظف الكرسي بمواد تنظيف عادية لا تحتوي على مذيب. قم بالشطف والتجفيف.
B2. يمكن تنظيف المنتج بمياه تصل درجة حرارتها إلى 85 درجة مئوية لمدة 3 دقائق.

ضمان لمدة 5 سنوات ضد عيوب المواد والصناعة. للشروط والأحكام،

راجع www.etac.com

عمر المنتج:

عمر الخدمة 7 سنوات للحصول على معلومات كاملة عن عمر الخدمة للمنتج،

راجع www.etac.com.

أعمال الصيانة:

للحفاظ على الكرسي في حالة جيدة وأمنة، يجب عليك بانتظام:

- تنظيف الكرسي بمواد تنظيف عادية لا تحتوي على مذيب والقيام بالشطف والتجفيف.
- المحافظة على العجلات خالية من الشعر ورواسب الصابون، إلخ.
- إذا لم يكن كرسي الاستحمام والمراض يعمل بكفاءة، فاتصل بالموزع.

انظر الشكل B

السلامة

الرموز
B3. خطر التعرض للقرص في مسند الذراع.
B4. لا تقف على مسند القدمين، لتجنب خطر الانقلاب!
B5. أقصى وزن للمستخدم: 130 كجم
B6. وثر وضع الجلوس على الثبات.

- يجب عدم استخدام الكراسي المعيبة.



انظر الشكل C

عمليات الانتقال

عمليات الانتقال:

تقييم المخاطر وتدوين الملاحظات. أنت كمقدم الرعاية مسؤول عن سلامة المستخدم. يجب استخدام المساعدات إذا كان الانتقال محفوفاً بالمخاطر. تفضل زيارة www.etac.com لرؤية مساعدات الانتقال اليدوية.
C3-C4. من المهم التأكد من أن العجلات يتم قفلها وتوجيهها إلى الخارج قبل إجراء عمليات الانتقال من وإلى كرسي Clean.
• قم بإزالة مسند الذراع أثناء الانتقال من الكرسي.
C5-C7. تنفيذ عملية الانتقال.

على عتبة:

C1. باستخدام الكرسي فقط، اضغط على مرفق العجلة للأسفل.

C2. أثناء جلوس المستخدم، اسحب الكرسي للخلف.

في الوضع الثابت:

C3. أقلل دائماً قفل العديد من العجلات قدر الإمكان عند استخدام الكرسي في الوضع الثابت.

C4. تعمل العجلات التي تم توجيهها للخارج على تحسين استقرار الكرسي.

Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp
Sweden

Tel 0371-58 73 00
Fax 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

Etac GmbH
Bahnhofstraße 131,
45770 Marl,
Germany

Tel 02365-98710
Fax 02365-986115
info@etac.de
www.etac.de

Etac AB (export)
Box 203
334 24 Anderstorp
Sweden

Tel 46 371-58 73 30
Fax 46 371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.com

Etac Holland BV
Fluorietweg 16a,
1812RR Alkmaar,
Nederland

Tel +31 72 547 04 39
Fax +31 72 547 13 05
info.holland@etac.com
www.etac.com

Etac AS
Pb 249,
1501 Moss,
Norway

Tel 815 69 469
Fax 69 27 09 11
hovedkontor.norge@etac.com
www.etac.no

Etac UK Limited
29 Murrell Green Business Park
London Road, Hook, Hampshire
RG27 9GR, United Kingdom

Tel 01256 767 181
Fax 01256 768 887
info@etacuk.com
www.etac.com

Etac A/S
Egeskovvej 12
8700 Horsens
Denmark

Tel 79 68 58 33
Fax 75 68 58 40
info@etac.dk
www.etac.dk

R82 UK Limited.
Unit D4A, Coombswood Business
Park East
Coombswood Way, Halesowen
West Midlands B62 8BH
United Kingdom

Tel 0121 561 2222
Fax 0121 559 5437
enquiries@etac.uk.r82.com
www.etac.com

Snug Seat, Inc.
12801 E. Independence Boulevard
P.O. Box 1739
Matthews, NC 28106, USA

Tel 800 336 7684
Fax 704 882 0751
Information@snugseat.com
www.etac.com



Etac Supply Center AB
Långgatan 12
SE-334 24 Anderstorp



etac®